

GRÚA
LÈVE - PERSONNES
HOISTS
PATIENTENLIFTER
GRUA
LIFTEN



INSTRUCCIONES DE USO Y GARANTÍA

Mode d'emploi et garantie

Manual and Warranty

Manual e Garanzia

Bedienungsanleitung und Garantie

Gebruikershandleiding en garantie

102102043 -102102044 / UDI:8436571820426 - UDI: 8436571820433

ES

ÍNDICE:
INTRODUCCIÓN
MONTAJE
COMPROBACIONES INICIALES
EQUIPO ELÉCTRICO
CONSEJOS DE SEGURIDAD
RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
INFORMACIÓN ELÉCTRICA
VIDA ESPERADA DEL PRODUCTO
LIMPIEZA
MODO DE DESHECHO
FALLOS Y SOLUCIONES
GARANTÍA
PESOS Y MEDIDAS
CONTROL ANUAL DE CALIDAD

D

INHALTSVERZEICHNIS:
ENLEITUNG
MONTAGEANLEITUNG
PRÜFUNGEN VOR INBETHIEBNAHME
ELEKTRIC
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
HINWEISE ZU GEBRAUCH UND WARTUNG
ELECTRISCHE INFORMATIONEN
ZU EWSARTENDE LEVENSDAUER DES PRODUCTES
PFLEGE
ENTOSRGUNG
STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN
GARANTIE
ANGRINGUNG VON PATIENTENGURTEN
JAHRESQUALITÄTSKONTROLLE

FR

INDEX:
INTRODUCCIÓN
MONTAGE
VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
CONSEILS DE SÉCURITÉ
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
RENSEIGNEMENT ÉLECTRIQUE
DURÉE DE VIE DU PRODUIT
NETTOYAGE
RECYCLAGE
PROBLÈMES ET SOLUTIONS
GARANTIE
EMPLACEMENT DES HARNAIS
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ANNUEL

P


ÍNDICE:
INTRODUÇÃO
MONTAGEM
VERIFICAÇÕES INICIAIS
MATERIAL ELÉCTRICO
CONSELHOS DE SEGURANÇA
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
INFORMAÇÕES ELÉCTRICAS
VIDA ESPERADA DO PRODUCTO
LIMPEZA
MODO DE REJEITAR
FALHOS E SOLUÇÕES
GARANTIA
COLOCAÇÃO DE CORREIAS
CONTROLE DE QUALIDADE ANUAL

UK

INDEX:
INTRODUCTION
ASSEMBLY
INITIAL CHECKS
ELECTRIC EQUIPMENT
SAFETY TIPS
USE AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS
ELECTRICAL INFORMATION
PRODUCT LIFE EXPECTANCY
CLEANING
DISPOSAL METHOD
FAULTS AND REMEDIES
GUARANTEE
POSITION OF SLINGS
ANNUAL QUALITY CONTROL

N

INHOUD:
INLEIDING
MONTAGE
VERIFICATIES VOORAF
ELEKTRISCH MATERIAAL
VEILIGHEIDSMATREGÉLEN
AANBEVELINGEN GEBRUIK EN ONDERHOUD
ELEKTRISCHE INFORMATIE
VERWACHTE DUUR VAN HET PRODUCT
REINIGING
STORTGOED BEHANDELING
STORINGEN EN OPLOSSINGEN
GARANTIE
AANBRENGEN VAN DRAAGSTELLEN
JAARLIJKE KWALITEITSKONTROLE



DATOS FABRICANTE

WINNCARE SLU
B-96221718
Tfno. (+34) 96 156 55 21
Ctra Masía del Juez 37b
46909 - Torrent, Valencia (Spain)

E	FR
A Pata o larguero	A Pieds
B Columna	B Colonne
C Actuador eléctrico	C Vérin o Actionneur électrique
D Pedal de apertura de patas	D Pédale d'ouverture de la base
E Caja de control + baterías	E Boîtier de contrôle + Batteries
F Mando o botonera	F Télécommande
G Brazo de elevación	G Flèche
H Tornillo/ Pasador	H Vis
I Percha	I Fléau
J Rueda delantera sin freno	J Roue avant sans frein
K Rueda trasera con freno	K Roue arrière avec frein
L Pedestal / Base	L Base
UK	D
A Leg	A Fuß
B Column	B Mast
C Electric actuator	C Elektrischer Antrieb
D Base opening pedal	D Pedal zum spreizen des fahrgestells
E Control box + batteries	E Steuergerät + Batterien
F Handset	F Fernbedienung
G Hoist arm	G Ausleger
H Screw	H Schraube
I Hanger	I Transportbügel
J Front wheel without brake	J Vorderrad ohne Bremse
K Rear wheel with brake	K Hinterrad mit Bremse
L Base	L Fahrgestell
P	N
A Pata	A Voetstuk
B Coluna	B Zuil
C Accionador eléctrico	C Elektrische bediening
D Pedal de apertura de base	D Pedaal om basis te openen
E Caixa de controle + Baterias	E Batterijen
F Botões	F Drukknoppen
G Braço de elevação	G Hefkruk
H Perno	H Schroef
I Cabide	I Hanger
J Roda dianteira sem travão	J Voorwiel zonder rem
K Roda traseira com travão	K Achterwiel met rem
L Base	L Base

ES

INTRODUCCIÓN

Lea detenidamente este manual antes de comenzar a usar su grúa; contiene información útil relacionada con la seguridad, manejo y mantenimiento.

Winncare cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de grúas, adquirida a lo largo de los años. Las constantes mejoras introducidas, que afianzan nuestra trayectoria como empresa fabricante de Ayudas Técnicas, quedan reflejadas en nuestra amplia gama de modelos y aplicaciones.

Las grúas Winncare son conformes al Nuevo Reglamento (UE) 2017/745 para Productos Sanitarios, por lo que cuentan con la marca CE. Han sido ensayadas en el instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), y cumplen con los requisitos indicados en la norma EN ISO 10535: "Grúas para la transferencia de personas con discapacidad. Requisitos y métodos de ensayo".

La gama de grúas de Winncare se extiende desde los 130 a los 185 kg, todas ellas en versión eléctrica.

Este manual se ha redactado de acuerdo a las actuales configuraciones de los productos.

Todos nuestros productos se encuentran en un proceso de mejora continua constante, por lo que nos reservamos el derecho a modificar cualquier dato técnico que aparezca en este manual sin previo aviso.

Todos los datos, cifras y medidas incluidas en este manual son aproximaciones y no deben ser tomadas como especificaciones técnicas.

FR

INTRODUCTION

Lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser votre lève-personne; il contient des renseignements utiles de sécurité, d'utilisation et d'entretien.

Au cours des années, Winncare a acquis une large expérience dans la conception de lève-personnes et les améliorations constantes ont consolidé sa trajectoire actuelle comme entreprise fabricant d'Aides Techniques avec sa large gamme de modèles et d'applications.

Ces lève-personnes sont conformes au nouveau règlement (UE) 2017/745 pour les dispositifs médicaux, ce qui leur permet testé d'utiliser la marque CE. Ils ont été testés par l'Institut de Biomécanique de Valence (Espagne) (IBV) et sont conformes aux conditions requises par la norme EN ISO 10535: "Lève-personnes pour le transfert de personnes handicapées. Exigences et méthodes d'essai".

La gamme des lève-personnes sur roues de Winncare s'étend des 130 aux 185 kg, toutes en version électrique.

Ce manuel a été rédigé en suivant les configurations actuelles des produits. Mais comme nous sommes constamment en processus d'amélioration, nous réservons le droit de modifier n'importe quelle coordonnée technique qui apparaît dans ce manuel, sans avertissement préalable.

Toutes les coordonnées, les chiffres et les mesures indiqués dans ce manuel sont approximatifs et ne doivent pas être considérés comme des spécifications techniques.

UK

INTRODUCTION

Please read these operating instructions carefully before using your hoist: contains useful information on safety, handling and maintenance.

Winncare has wide experience in manufacturing hoists acquired throughout the years.

The constant improvements introduced have bolstered our development as a Technical Aids manufacturing company, which is clearly reflected in our wide range of models and applications.

Winncare hoists comply to the New Regulation (EU) 2017/745 for Medical Devices and so carry the CE mark. They have been tested at the Biomechanic Institute of Valencia (IBV) and fulfil all the requirements laid down in standard EN ISO 10535: "Hoists for the transfer of disabled persons. Requirements and test methods".

Winncare has a range of hoists with wheels from 130 to 185 Kg, all of them in electric versions.

These operating instructions have been written in accordance with the current designs of the products. All of them are constantly subject to a process of continuous improvement. Therefore, we reserve the right to modify any technical data that appears in this operating instructions without prior warning.

All the data, figures and measurements included in this operating instructions are approximate and must not be considered as strict technical specifications.

D

EINLEITUNG

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Patientenlifters diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch; sie enthält nützliche Informationen über Sicherheitsmaßnahmen, Handhabung und Wartung.

Winncare hat langjährige Erfahrungen in der Herstellung von Patientenliftern, die im Laufe der Jahre und durch die beständige Einführung von Verbesserungen erworben wurde, was unseren aktuellen und erfolgreichen Werdegang als Hersteller technischer Hilfsmittel, der sich in unserem breiten Produktspektrum an Modellen und Anwendungen widerspiegelt, erklärt.

Die Patientenlifter von Winncare entsprechen den neuen Verordnungen (EU) 2017/745 für medizinische Vorrichtungen und wurden daher mit der CE-Marke versehen. Sie wurden vom Biomechanischen Institut Valencia (IBV) geprüft und erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 10535: "Patientenlifter für das Heben und Transferieren von Menschen mit Behinderung. Anforderungen und Versuchsmethoden".

Das Produktspektrum von Patientenliftern mit Laufrollen von Winncare umfasst Produkte mit einer Tragfähigkeit von zwischen 130 und 185 kg, wobei alle mit elektrischem Hubmotor ausgestattet sind.

Diese Gebrauchsanweisung wurde gemäß der aktuellen Zusammensetzung der Produkte erstellt. Alle Produkte befinden sich in einem stetigen Verbesserungsprozess, weshalb wir uns das Recht vorbehalten, jegliche technische Daten, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt werden, ohne Voranmeldung zu ändern.

Alle in dieser Anleitung aufgenommenen Daten. Zahlen und Maßangaben entsprechen annähernden Werten und dürfen nicht als genaue technische Angaben betrachtet werden.

P

INTRODUÇÃO

Leia com muita atenção este manual antes de começar a utilizar o grua; contém informação útil relacionada com a segurança, o manejo e a manutenção.

Winncare tem uma vasta experiência na fabricação de gruas, adquirida durante anos e através das constantes melhorias introduzidas que garantem a nossa actual trajetória como empresa fabricante de Ajudas Técnicas e que está reflectida na nossa ampla gama de modelos e aplicações.

Os gruas Winncare são conformes ao Novo Regulamento (UE) 2017/745 para Dispositivos Médicos e possui a marca CE. Os gruas foram provados no Instituto de Biomecânica de Valência (IBV) e cumprem as exigências da norma em ISO 10535: "gruas para a transferência de pessoas deficientes. Requisitos e métodos de ensaio".

A gama de gruas com rodas de Winncare vai de 130 a 185 kg, todas em versão eléctrica.

Este manual foi redigido segundo as actuais configurações dos produtos. Todos eles estão constantemente num processo de melhoria contínua e por conseguinte reservamo-nos o direito de modificar qualquer dado técnico que apareça neste manual sem aviso prévio.

Todos os dados, cifras e medidas indicados neste manual são aproximações e não devem ser tomados como especificações técnicas.

N

INLEIDING

Lees aandachtig dit handboek vóór u de lift begint te gebruiken; deze handleiding geeft u nuttige informatie in verband met veiligheid, bediening en onderhoud.

Winncare heeft in de loop van de jaren uitgebreide ervaring opgedaan in de fabricatie van patiëntenliften, door voortdurende verbeteringen aan onze producten hebben wij onze positie als vooraanstaand fabrikant van technische hulpmiddelen geconsolideerd wat ook duidelijk blijkt uit de grote verscheidenheid van onze modellen en toepassing.

De Winncare liften beantwoorden aan de nieuwe verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en zij hebben zodoende het merk CE. Ze zijn getest in het Biomechanisch Instituut van Valencia-Spain (IBV) en voldoen aan de eisen van de norm EN ISO 10535: "Liften voor het vervoer van personen met een handicap. Vereisten en test methodes.

Er zijn Winncare liften op wielen voor gewichten van 130 tot 185 kg. alle in elektrische versie. Dit handboek is opgesteld volgens de huidige staat van de producten. Deze bevinden zich echter in een constant verbeteringsproces, en wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht om het even welk technisch gegeven in dit handboek te wijzigen.

Alle data, cijfers en maten in dit handboek zijn benaderingen en mogen niet als technische specificaties beschouwd worden.

ES

MONTAJE

Cada grúa se monta completamente en la fábrica para verificar su correcto funcionamiento, y según los casos, se desmonta o pliega para su embalaje y transporte.

Las grúas Winncare están diseñadas para facilitar su montaje sin necesidad de usar ninguna herramienta. Extraiga todas las partes de la grúa del embalaje (algunas de las partes son pesadas y puede necesitar ayuda de otra persona).

Active el freno de las ruedas traseras y abra las patas con el fin de aumentar la estabilidad del conjunto.

1. Compruebe que la maneta situada en el tubo central de la base de la columna, está lo suficientemente aflojada para permitir el acople en la base de la grúa.
2. Inserte la columna sobre la base.
3. Apriete firmemente la maneta.

FR

MONTAGE

Chaque lève-personne est complètement monté en usine pour pouvoir vérifier son bon fonctionnement. Ensuite, selon les cas, il est démonté ou plié pour l'emballage et le transport.

Les lève-personnes Winncare sont conçus pour un montage facile, sans outils. Il faut sortir toutes les parties du lève-personne de l'emballage (certaines sont lourdes et l'aide d'une autre personne peut être nécessaire).

Mettre le frein des roues arrière et ouvrir les pattes afin d'augmenter la stabilité de l'ensemble.

1. Vérifier que la manette située sur le tube central de la base de la mât, est suffisamment desserrée pour permettre d'accoupler dans la base du lève-personne, pour permettre l'ajustement dans la base.
2. Insérer la mât dans la base.
3. Serrer fortement les manette.

UK

ASSEMBLY

Every hoist is fully assembled in the factory to check that it works properly and, depending on the version, is dismantled or folded for packaging and transport.

Winncare hoists are designed to facilitate assembly without the use of any tool.

Remove all the parts of the hoist from the packaging (some of the m are heavy and you may need someone else to help you).

Put the break of the rear wheels on and spread the legs to increase the stability of the structure.

1. Check that the handle located on the central tube of the hoist's column is sufficiently loose to allow the base to be fitted.
2. Insert the column into the base.
3. Tighten up the handle.

D

MONTAGEANLEITUNG

Jeder Patientenlifter wird einmal komplett im Werk zusammengebaut um die Funktionstüchtigkeit festzustellen; danach wird er entweder wieder auseinandergebaut oder zum Einpacken und Transport zusammengeklappt.

Um die Montage zu erleichtern wurden die Patientenlifter von Winncare so konzipiert, dass keine Werkzeuge benutzt werden müssen. Nehmen Sie alle Teile des Lifters aus der Verpackung (einige Teile sind sehr schwer und möglicherweise brauchen Sie die Hilfe einer anderen Person).

Zum Erreichen einer erhöhten Stabilität des Gerätes aktivieren Sie die Feststellbremsen der hinteren Laufrollen und vergrößern Sie die Breite des Fahrgestells.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalthebel an der Zentralsäule am Fuss derselben genügend gelockert ist, um sie an den Kransockel anpassen zu können.
2. Führen Sie die Hubsäule in den Rohrstützen des Fahrgestells ein.
3. Fixieren Sie hart die Befestigungshebel.

P

MONTAGEM

Cada grua é totalmente montado na fábrica para verificar o seu correcto funcionamento e conforme os casos, desmontase ou dobra-se para a embalagem e o transporte.

Os gruas Winncare estão concebidos para facilitar a montagem sem necessidade de utilizar ferramentas.

Desmante todas as partes do grua da embalagem (algumas são pesadas e pode necessitar ajuda de outra pessoa).

Active o travão das rodas traseiras e abra as patas para aumentar a estabilidade do conjunto.

1. Verifique se a maçaneta, situada no tubo central da coluna, estão suficientemente desapertada para permitir acoplar a base do guindaste.
2. Monte a coluna na base.
3. Aparte firmemente as maçaneta.

N

MONTAGE


Elke lift wordt volledig in de fabriek gemonteerd, om te verifiëren of het toestel goed functioneert. Al naar gelang het geval wordt de lift gedemonteerd of opgeplooid voor het transport.

De Winncare liften zijn ontworpen met het oog op een makkelijke montage, er is dus geen enkel werktuig voor nodig.


Neem alle delen van de lift uit de verpakking (bepaalde delen zijn zwaar en vereisen miss chien de hulp van een tweede persoon). Zet de rem van de achterwielen vast en open de voetstukken om aan het geheel meer stabiliteit te geven.

1. Controleer dat de handel in de middelste buis van de onderkant van de kolom voldoende los zit om hem aan te kunnen sluiten op de onderkant van de kraan.
2. De zuil op de basis plaatsen.
3. De twee schroeven voorzien van een draalknop goed vastzetten.


1



2



3



ES

COMPROBACIONES INICIALES

Antes de empezar a usar su grúa deberá comprobar que:

- Las patas abren y cierran correctamente. Éstas deben ofrecer una cierta resistencia, para prevenir que se abran o cierren accidentalmente.
- Las ruedas giran y ruedan con normalidad.
- El funcionamiento de los frenos de las ruedas traseras es el adecuado y la columna está fija en su posición de uso.
- La percha gira y se balancea adecuadamente.
- No existe desgaste ni deformación en los ganchos de la percha.
- Los arneses no están dañados o deshilachados.

EQUIPO ELÉCTRICO

- Compruebe que el conector del actuador, el de la botonera y el cargador, están firmemente conectados en la caja de control.
- Pulse los botones de subir y bajar para comprobar que el actuador funciona correctamente.
- Compruebe el funcionamiento del botón rojo de parada de emergencia; con la grúa subiendo o bajando, si lo pulsa, ésta se debe parar.
- Antes de utilizar la grúa por primera vez es conveniente poner a cargar las baterías al menos durante 5 horas.

D

PRÜFUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Verwendung Ihres Patientenlifters müssen folgende Punkte überprüft werden:

- Der Fuß des Patientenlifters öffnet und schließt einwandfrei.
- Die Räder schwenken und rollen normal.
- Die Hinterradbremsen funktionieren einwandfrei.
- Der Mast ist in der Gebrauchslage sicher befestigt.
- Der Transportbügel ist drehbar und korrekt ausbalanciert.
- Die Haken des Transportbügels sind weder abgenutzt noch verformt.
- Die Gurte sind weder beschädigt noch ausgefranst.

ELEKTRIK

- Überprüfen Sie, dass der Stecker des Antriebs, der Tastatur und Ladegerät, sind fest mit dem Steuergerät verbunden ist.
- Drücken Sie die Tasten nach oben und unten, um zu überprüfen, dass der Aktor korrekt funktioniert.
- Testen Sie die roten NOT-AUS-Taste; mit Kran steigende oder fallende, wenn gedrückt, es muss gestoppt werden.
- Bevor Sie den Aufzug zum ersten Mal ist es angebracht, die Batterien für mindestens 5 Stunden lang aufladen.

FR

VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant d'utiliser votre lève-personne, U faut vérifier que:

- Les pattes s'ouvrent et se ferment correctement. Il faut que celles-ci offrent une certaine résistance pour éviter qu'elles ne s'ouvrent ou ne se ferment de façon accidentelle.
- Les roues tournent et roulent normalement.
- Le fonctionnement des freins des roues arrière est correct et la colonne est complètement fixée dans sa position d'utilisation.
- Le fléau tourne et se balance correctement.
- Il n'y a aucune usure ni d'formation sur les coquets du fléau.
- Les sangles ne sont ni abîmées ni effilochées.

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- Vérifier que les connecteurs de l'actionneur, la télécommande, et le chargeur sont bien connectés à la boîte de contrôle.
- Appuyer sur les touches d'élévation et de descente pour vérifier que l'actionneur fonctionne correctement.
- Vérifier le fonctionnement du bouton rouge de l'arrêt d'urgence; lorsque le lève-personne s'élève ou descend et que l'on appuie sur le bouton rouge, il doit s'arrêter.
- Avant d'utiliser le lève-personne pour la première fois, il est recommandé de charger les batteries pendant au moins 5 heures.

P

COMPROVAÇÕES INICIAIS

Antes de proceder à utilização do grua deverá verificar o seguinte:

- Que as patas abrem e fecham correctamente. Estas devem oferecer uma certa resistência para evitar que se abram ou que se fechem acidentalmente.
- Que as rodas giram com normalidade.
- Que o funcionamento dos travões das rodas traseiras é adequado. A coluna está completamente fixada na sua posição de uso.
- As gira cabide e balanços corretamente.
- Não há desgaste ou deformação dos ganchos cabide.
- Que as correias não estão deteriorada ou desfiadas.

MATERIAL ELÉCTRICO

- Verifique se o conector do atuador, o teclado e carregador, estão firmemente ligado à caixa de controle.
- Pressione os botões para cima e para baixo para verificar se o atuador opera corretamente.
- Teste o botão vermelho de emergência; com guindaste subindo ou caindo, se pressionado, ele deve ser interrompido.
- Antes de utilizar o elevador pela primeira vez é conveniente para carregar as baterias por pelo menos 5 horas.

UK

INITIAL CHECKS

Before using your hoist, check that:

- The legs of the hoist open and close correctly. It must provide a certain amount of resistance to prevent them from opening or closing accidentally.
- The wheels turn and revolve normally.
- The brakes on the rear wheels work properly and the column is fully attached in its usage position.
- The hanger turns and is adequately balanced.
- There is no wear or deformation of the hanger hooks.
- The slings are not damaged or frayed.

ELECTRICAL EQUIPMENT

- Check that the connection of the actuator, the handset and the charger are firmly connected to the control box.
- Press the up and down buttons (and those opening and closing the legs) to check that the actuator operates correctly.
- Check that the red emergency stop button is working correctly; if you press it, with the hoist moving up or down, it must stop.
- Before using the hoist for the first time, it is advisable to charge the batteries for at least 5 hours.

N










VERIFICATIES VOORAF




Alvorens u de lift begint te gebruiken moet u nakijken of:

- De voetstukken van de lift goed open en toe gaan.
- De wielen normaal draaien en rollen.
- De remmen van de achterwielen goed werken.
- De zuil volledig vastzit in gebruikslage.
- Het juk goed draait en heen en weer slingert.
- De haken van het juk geen slijtage of vervorming hebben.
- De draagbanden niet beschadigd of uitgerafeld zijn.

ELEKTRISCH MATERIAAL

- Controleer of de stekker van de aandrijving, het toetsenbord en de lader, stevig zijn aangesloten op de schakelkast.
- Druk op de toetsen omhoog en omlaag om te controleren of de aandrijving goed werkt.
- Test de stopknop rode noodsituatie; met kraan stijgt of daalt, indien ingedrukt, moet worden gestopt.
- Voordat u de lift voor de eerste keer is het aangewezen om de batterijen op te laden gedurende minstens 5 uur.





ES

FR

UK

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Familiarícese con los dispositivos de la grúa y con su funcionamiento antes de proceder a su uso. Su grúa está destinada a incorporar usuarios, no la use para otro fin.

Compruebe que el peso del usuario no excede el peso máximo que puede elevar la grúa y puede soportar el arnés.

Compruebe que el extremo del actuador está bien encajado entre la pletina del brazo de elevación y con su tornillo o pasador correctamente colocado.

No fuerce los controles y dispositivos de la grúa, todos ellos son fáciles de usar y no requieren aplicar una fuerza excesiva.

Maniobre la grúa empujando de la empuñadura y nunca lo haga empujando la columna, el brazo de elevación o al propio usuario. Realice el traslado del usuario con las patas de la grúa cerradas. Las grúas han de manejarse con suavidad en los traslados del usuario y manteniendo una velocidad de desplazamiento adecuada a la situación.

Circule con la grúa sobre suelos lisos y llanos. Su uso en superficies con una inclinación superior a los 5° no está recomendado; en caso de que tenga que circular por una zona en rampa, aconsejamos que le ayude una segunda persona.

No deje nunca a un usuario solo en la grúa.

No utilice nunca una grúa eléctrica en una ducha. No cargue las baterías de una grúa en un baño o ducha.

Las grúas Winncare han sido diseñadas y fabricadas para usar con arneses y accesorios Winncare; los arneses y accesorios de otros fabricantes no han sido testados por Winncare por lo que no se recomienda su utilización. No utilice un arnés deteriorado y compruebe que la talla y características sean las adecuadas para el usuario.

Ajuste el arnés según se indica en las instrucciones de uso del mismo.

D

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Machen Sie sich vor dem Gebrauch mit den Vorrichtungen und der Funktionsweise des Lifters vertraut. Ihr Lifter dient dazu Patienten zu heben oder zu transferieren, gebrauchen Sie ihn also nicht zu anderen Zwecken. Kontrollieren Sie, dass das Gewicht des Patienten nicht die maximale Tragfähigkeit des Lifters oder des Patientengurtes überschreitet. Vergewissern Sie sich, dass das Ende des Kraftantriebs gut in die Platine des Hebearms eingepasst ist, und dass der Sicherungstift korrekt sitzt.

Wenden Sie zur Betätigung der Funktionstasten und Vorrichtungen des Lifters nicht übermäßige Kraft auf, sie sind leicht zu bedienen und es bedarf keines übermäßigen Kraftaufwands. Verschieben Sie den Lifter mit dem Schiebegriff und ergreifen Sie hierzu niemals Hubsäule, Hubarm oder den Patienten. Betätigen Sie die Beförderung des Patienten mit den Kranstützen in geschlossener Position. Die Lifter müssen während der Transferierung von Patienten so vorsichtig wie möglich bedient werden und die Transferierungsgeschwindigkeit muss der Situation entsprechend gewählt werden.

Gebrauchen Sie den Patientenlifter nur auf glattem und ebenem Boden. Der Gebrauch auf abschüssiger Oberfläche mit Oberflächenneigung von über fünf Grad ist nicht ratsam; falls der Lifter über eine Rampe geschoben werden muss, sollte eine zweite Person beim Transferierungsprozess helfen.

Gebrauchen Sie einen elektrischen Lifter nie in der Dusche. Laden Sie die Akkus des Lifters nie im Bad auf. Lassen Sie den Patienten nie alleine im Patientenlifter hängen.

Die Patientenlifter von Winncare wurden dazu hergestellt und gestaltet, um sie mit Hebegurten und Zubehör von Winncare zu gebrauchen; die Patientengurte und das Zubehör anderer Hersteller wurden nicht von Winncare geprüft, weshalb wir deren Gebrauch nicht empfehlen können. Gebrauchen Sie keinen beschädigten oder zerschlagenen Hebegurt und überprüfen Sie, dass er die für den Patienten passende Größe und Eigenschaften hat.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Se familiariser avec les dispositifs du lève-personne et leur fonctionnement avant de commencer à l'utiliser. Votre lève-personne est conçu pour soulever des personnes, il ne faut pas s'en servir pour d'autres usages.

Vérifier que le poids du patient ne dépasse pas le poids maximum que le lève-personne peut soulever et celui que peut supporter la sangle.

Vérifier que l'extrémité de la platine est bien montée entre la platine du fléau et que le groupille est correctement posé. Il ne faut pas forcer les contrôles et les dispositifs du lève-personne, ils sont tous faciles à utiliser et n'ont pas besoin de force.

Manoeuvrer le lève-personne en poussant les anses où les poignées, jamais en poussant le mâ, le fléau ou le patient. Il faut faire le transfert du patient avec les pattes en positions fermées.

Il faut manipuler les lève-personnes avec douceur quand on transfère un patient et avec une vitesse adaptée à la situation.

Circuler avec le lève-personne sur des surfaces plates et lisses.

Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur une pente de plus de 5 degrés: si vous êtes obligé de circuler sur une rampe, il est conseillé qu'une seconde personne vous aide.

Il ne faut jamais utiliser un lève-personne électrique sous une douche.

Il ne faut jamais recharger les batteries d'un lève-personne dans un bain ou dans une douche.

Ne jamais laisser un patient seul avec le lève-personne.

Les lève-personnes Winncare ont été fabriqués et conçus pour leur utilisation avec des sangles et des accessoires Winncare: Winncare ne peut pas recommander les sangles et les accessoires d'autres fabricants, n'ayant pas pu les tester. Il ne faut pas utiliser une sangle abîmée ou usée et il faut vérifier que la taille et les caractéristiques sont bien adaptées au patient. Régler la sangle en suivant ses indications d'utilisation.

P

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Deve de se familiarizar com os dispositivos do grua e com o funcionamento antes de utilizar. O grua está destinado a levantar pessoas; não o utilize para outro fim.

Verifique que o peso do paciente não excede o peso máximo que pode elevar o grua e o que pode suportar a correia.

Verifique que o exuemo do accionador está montado entre a chapa do braço de elevação e com o perno correctamente colocado.

Não force os controlos e os dispositivos do grua, todos são fáceis de utilizar e não requerem uma força excessiva.

Manobre o grua empurrando pelas asas ou punhos e nunca o faça empurrando a coluna, o braço de elevação ou o paciente.

Realize a deslocação do paciente com as patas do guindaste em posição fechada.

Os gruas devem de ser manipulados com suavidade durante os deslocamentos do paciente e mantendo uma velocidade de deslocação adequada a situação.

Circule com o grua sobre solos lisos e planos. A utilização em superfícies com uma inclinação superior a 5 graus não está recomendada; se tiver que circular por uma zona em rampa, aconselhamos ser ajudado por uma segunda pessoa.

Não utilize nunca o grua eléctrico no chuveiro. Não carregue as baterias do grua no banho ou no chuveiro.

Não deixe nunca um paciente sozinho no grua.

Os gruas Winncare foram fabricados e desenhados para o uso com correias e acessórios Winncare; as correias e os acessórios doutros fabricantes não foram testados pela Winncare e por conseguinte, não se recomenda a sua utilização. Não utilize correias deterioradas ou gastas e verifique que o tamanho e as características são adequadas para o paciente. Ajuste a correia conforme se indica nas instruções de uso.

SAFETY TIPS

Familiarise yourself with the hoist's devices and how they work before using it for real.

Your hoist is designed for lifting patients, not for any other purpose.

Check that the weight of the patient does not exceed the maximum weight that the hoist can lift or the sling bear.

Check that the end or the actuator is fitted between the plate on the hoist arm and has its pin correctly inserted. Do not force the controls and devices of the hoist. All of them are easy to use and do not require excessive force to be applied.

Manoeuvre the hoist by pushing on the handles and never push the column, the hoist arm or the patient.

Move the patient with the legs of the hoist in closed position. The hoists must be handled gently when moving patients, maintaining a speed movement appropriate to the situation. Move the hoist on flat and straight floors. Their use on surfaces with a slope greater than 5 degrees is not recommended; should you have to pass through a sloping area, we advise you to have a second person to help you.

Never use an electric hoist in a shower. Do not charge the batteries of a hoist in a bath or shower.

Never leave a patient alone in a hoist.

Winncare hoists have been designed and manufactured for use with Winncare slings and accessories; the slings and accessories of other manufacturers have not been tested by Winncare and so their use cannot be recommended. Do not use a frayed or worn sling end check that the size and characteristics are suited to the patient.

Adjust the sling in accordance with the sling usage instructions. Before lifting, always make sure that the belts or the sling are correctly positioned at the end of the hanger; this must be checked when the belts are taut, but before beginning to lift the patient.

N



VEILIGHEIDSMATREGELEN

Vooraleer u de lift gebruikt, dient U zich vertrouwd te maken met de mechanismen en de werking ervan. De lift is bedoeld om patienten te heffen, gebruik het toestel niet voor andere doeleinden. Controleer of het gewicht van de patient het maximum gewicht dal de lift kan heffen en de draagbanden kunnen opnemen niet te boven gaat. Controleer dal het uiteinde van het mechanisme goed ingeklemd ligt tussen platstaal van de vloerkraan en met de splitpin correct geplaatst. De controles en mechanismen van de lift niet forceren, zij zijn allemaal makkelijk te hanteren niet vereisen geen buitengewone kracht.

Manoeuvrer de lift met de handvatten en beweeg het toestel nooit door te duwen op zuil draagarm of patiënt. Voer het transport van de patient uit met de poten van de kraan in gesloten positie. Rijdt met de lift steeds op effen en platte grond. Het gebruik op oppervlakten met een helling van meer dan 5 graden is niet raadzaam als er door een zone met een op- of afrit moet gereden worden, is het aangewezen de hulp van een tweede persoon in te roepen.

Gebruik nooit een elektrische lift in een douche of andere vochtige ruimte (bv een sauna). De batterijen van een lift nooit in een badkamer of douche of andere vochtige ruimte (bv sauna) opladen. Laat nooit een patiënt alleen lift in de lift.

De Winncare personenliften zijn ontworpen en gebouwd met het oog op gebruik met Winncare draagbanden en benodigdheden; de draagbanden en accessoires van andere fabrikanten heeft Winncare niet getest en kan daarom hun gebruik niet aanraden. Gebruik geen eschadigdbeschadigde of vers leten draagsteldraagbanden, en verifieer of de maat en de kenmerken voor de patiënt ade quaat zijt. Steeds de draagbanden aanbrengen volgens de gebruiksaanwijzingen van de betref fende draagband. Vóór het heffen altijd nakijken of de draagbanden goed aan het uiteinde van het juk vastzitten; dil moet nagekeken.


ES

Antes de incorporar al usuario asegúrese siempre de que las cintas de arnés están correctamente colocadas en el extremo de la percha; esto se debe comprobar cuando las cintas están tirantes, pero el usuario aún no ha comenzado a ser elevado.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.

1. La grúa dispone de ruedas giratorias; las traseras cuentan con freno que bloquea tanto su giro como la rodadura. El freno se activa y desactiva con el pie mediante una palanca.

Recomendamos no frenar las ruedas cuando se levanta al usuario. Así permitirá que la grúa se mueva hacia su centro de gravedad cuando se levanta al usuario, bien desde una silla, cama o lugar estacionario, mientras, a la vez, sujetamos la grúa por las empuñaduras.

2. La apertura de la base, para facilitar por ejemplo el acceso a la silla de ruedas, se realiza presionando con el pie sobre el lado adecuado del pedal.

Se recomienda engrasar periódicamente todas las partes de la grúa en las que hay movimiento, lo que mejora su funcionamiento y evita posibles desgastes en las piezas por el uso diario.

Evite que se acumule suciedad en el eje y en los rodamientos de las ruedas.

Compruebe diariamente el estado de apriete de tornillos, tuercas, etc. Así como la aparición de posibles holguras entre los distintos elementos de la grúa. Se recomienda realizar una revisión anual siguiendo los parámetros del anexo.

No es conveniente emplear la grúa en recintos o lugares con alto grado de humedad (cerca del mar, piscinas, etc.) o en ambientes corrosivos ya que pueden afectar a sus componentes.

D

Passen Sie den Patientengurt gemäß der Gebrauchsanweisung an.

Versichern Sie sich vor jedem Hebevorgang, dass die Riemen des Patientengurtes richtig am Hebebügel befestigt wurden; dies muss überprüft werden, wenn die Sierren sich in gespannter Position befinden, der Patient jedoch noch nicht hochgehoben wurde.

HINWEISE ZU GEBRAUCH UND WARTUNG.

1. Der Lifter ist mit Laufrollen ausgestattet; die hinteren Laufrollen verfügen über eine Feststellbremse, durch die sie blockiert werden und das Rollen und Drehen um die eigene Achse verhindert werden kann. Die Bremse kann mit einem Hebel, der mit dem Fuß heruntergedrückt oder angehoben wird, aktiviert oder entriegelt werden. **Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Laufrollen während des Hebevorgangs ungebremst lassen,** damit der Lifter zum Schwerpunkt des Patienten verschoben werden kann, wenn er aus einem Stuhl, aus dem Bett oder von jedem anderen Ort hochgehoben wird, während der Lifter an den Griffen abgestützt werden muss.

2. Die Breite des Fatirgestells kann man vergrößern, damit beispielsweise ein Rollstuhl einfacher hineingeschoben werden kann, indem mit dem Fuß auf die entsprechende Seite des Pedals gedrückt wird oder indem man den entsprechenden Knopf der Hand bedienung betätigt. Alle Teile des Lifters die in Bewegung sind sollte man regelmäßig schmieren, wodurch die Funktionsfähigkeit verbessert und möglichen Abnutzungserscheinungen durch den täglichen Gebrauch vorgebeugt wird. Vermeiden Sie, dass sich in der Achse und im Lager der Laufrollen Schmutz ansammelt. Überprüfen Sie täglich, ob alle Schrauben, Muttern usw. fest angezogen sind und ob zwischen den verschiedenen Elementen des Lifters möglicherweise Zwischenräume entstanden sind. Es wird empfohlen, eine jährliche Überprüfung der Parameter der Anlage folgen

Nicht zu empfehlen ist es, den Lifter in einem Umfeld oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (in Meeresnähe, Hallenbädern usw.) oder erhöhter atmosphärischer Korrosion, die seine Bestandteile in Mitleidenschaft ziehen könnten, zu gebrauchen.

FR

Avant de soulever, il faut toujours vérifier que les bandes de la sangle sont bien posées à l'extrémité de la perche ; il faut le vérifier quand les bandes sont tendues, mais avant de soulever le patient.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

1. Le lève-personne a des roues giratoires; les roues arrière ont un frein qui bloque le virage et le roulement. Le levier du frein s'active et se désactive avec le pied.

Il est recommandé de tenir le lève-personne par les anses ou les poignées quand on soulève un patient d'une chaise, d'un lit ou de tout autre objet statique, et de ne pas freiner les roues pour permettre au lève-personne de bouger vers le centre de gravité.

2. L'ouverture de la base, par exemple pour faciliter l'entrée d'une chaise roulante, se fait en appuyant avec le pied sur le côté correct de la pédale.

Il est recommandé de graisser régulièrement toutes les parties du lève-personne qui bougent, pour améliorer leur fonctionnement et éviter que l'utilisation quotidienne n'use les pièces.

Il faut éviter que la saleté s'accumule sur l'essieu et les roulements à bille des roues.

Vérifier tous les jours le serrage des vis, des écrous, etc., et la possible apparition de jeu entre les différents éléments du lève-personne. Il est recommandé que l'examen annuel suivant les paramètres de l'annexe

Il n'est pas recommandé d'utiliser le lève-personne dans des lieux avec un degré d'humidité élevé (au bord de la mer, près de piscines couvertes, etc.) ou dans des ambiances corrosives qui pourraient avoir un effet négatif sur ses composants.

P

Antes de elevar, verifique sempre que as faixas da correia estão correctamente colocadas no extremo do braço do grua; isto deve ser verificado quando as faixas estão a puxar quando o paciente ainda não começou a ser levantado.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.

1. O grua está dotado de rodas giratórias; as traseiras levam um travão que bloqueia o giro e o rolamento. O travão activase e desactivase com o pé por meio de uma palanca.

Recomendamos não travar as rodas quando o usuário se levanta, para permitir que o grua se desloque para o centro de gravidade quando se levanta o paciente desde uma cadeira, uma cama ou qualquer objecto estacionário, enquanto sujeitamos o grua pelas asas ou punhos.

2. A abertura da base, para facilitar por exemplo a entrada da cadeira de rodas, faz-se carregando com o pé no lado adequado do pedal.

Recomendase lubrificar periódicamente todas as partes do grua que têm movimento, o que melhora o seu funcionamento e evita desgastes das peças pela sua utilização.

Evite que se acumule sujidade no eixo e nos rolamentos das rodas. Verifique diariamente o estado do aperto dos parafusos, porcas, etc. Assim como a aparição de folgas entre os distintos elementos do grua. Recomenda-se a seguir uma revisão anual dos parâmetros do sistema

Não é conveniente utilizar o grua em recintos ou lugares com muita humidade (perto do mar, piscinas cobertas, etc.) ou em ambientes corrosivos que possam afectar os seus componentes.

UK

Before lifting the patient, be sure that the strap of the harness are correctly positioned in the hanger. It must be checked when the straps are taut but the patient has not been lifted yet.

USE AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS.

1. The hoist has swivel wheels; the rear wheels have brakes that stop them from both turning and swivelling. The brake is applied and released with the foot by means of a lever.

We recommend not putting the brake on the wheels when the user is being lifted so that the hoist can move towards the centre of gravity when the patient is lifted from a chair, bed or any other stationary object, whilst at the same time holding it by the handles.

2. The opening of the base, in order to facilitate, for example, the entrance of the wheel-chair, is done by pressing with the foot on the appropriate side of the pedal.

It is advisable to lubricate all the parts of the hoist where movement takes place. This will improve how it operates and prevent possible wear and tear of the parts through daily use.

Prevent dirt accumulating on the axle and the ball bearings of the wheels.

Daily check that the screws, nuts, etc... are tight and check for slack between the different components of the hoist. It is recommended an annual review following the parameters of Annex .

It is not advisable to leave the hoist in places with a high degree of humidity (near the sea, indoor swimming pools, etc...) or in corrosive atmospheres that may affect their components.

N

Worden als de draagbanden reeds strak gespannen zijn maar men nog niet begonnen is de patient daadwerkelijk op te heffen.

AANBEVELENGEN VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD.

1. De lift heeft draaiwielen; de achterwielen hebben een rem die zowel de draaiing als het rollen blokkeert. De rem wordt opgezet of vrijge maakt met de voet door middel van een hefboom.

Wij bevelen aan niet te remmen terwijl de gebruiker opgeheven wordt, om toe te laten dat de lift naar het zwaartepunt toe beweegt als de patient vanuit een stoel, een bed of om het even welk vaststaand voorwerp geheven wordt. Wij raden wel aan bij het heffen de lift vast te houden aan de handvatten van de lift zelf.

2. Het openen van de basis, die bij voorbeeld de toegang van een rolstoel mogelijk maakt, gebeurt door het uitoefenen van druk met de voet op de passende kant van het pedaal, of elektrisch door op de passende knop van afstandsbediening te drukken.

Het is raadzaam regelmatig alle bewegende delen van de lift in te smeren, want dan functioneren ze beter en het vermijdt mogelijke slijtage tengevolge van het dagelijks gebruik. Ophoping van stof aan de assen en in de kussen-blokken van de wielen vermijden.

Controleer daglig of de schroeven, moeren, enz. goed vastzitten, en ook of er eventueel ruimtes tussen de verschillende elementen van de lift ontstaan. Het wordt aanbevolen dat een jaarlijkse evaluatie naar aanleiding van de parameters van de bijlage . Het is niet raadzaam, de lift in ruimtes of plaatsen met veel vochtigheid te gebruiken (dichtbij de zee, overdekte zwembaden, enz.) of in corrosieve omgevingen die de componenten van de lift kunnen beschadigen, Tenzij de hefkraan speciaal hiervoor is gebouwd.

ES

El equipo eléctrico dispone de un sistema de bajada de emergencia. Dependiendo del modelo de grúa, éste puede ser manual o eléctrico. En el caso del sistema manual, se activa girando el mecanismo (nº1). En el caso del sistema eléctrico, se activa pulsando el botón inferior de la caja de control (nº2).

También dispone de dos sistemas de seguridad que desbloquean el motor si en el movimiento de descenso de la grúa ésta encuentra algún obstáculo que le impide descender (partes del cuerpo del usuario, muebles...)

El equipo eléctrico dispone de un botón de parada de emergencia que desconecta la batería del motor deteniendo automáticamente el movimiento de la grúa. (nº3) Para desbloquear el botón de paro deberá girarlo. Cuando NO utilice la grúa pulse el botón de parada de emergencia para evitar que las baterías se descarguen.

Deberá mantener el equipo eléctrico alejado del agua y otros líquidos, así como protegerlo de posibles salpicaduras que podrían afectar a sus circuitos internos provocándole serias averías.

El alojamiento de las baterías dispone de unos orificios de ventilación (nº4) que aseguran el necesario y correcto aireamiento de este espacio. Esta ventilación no debe ser bloqueada o cubierta.

Al realizar el movimiento de elevación/descenso de la grúa mantenga pulsado el botón adecuado, evitando pulsar repetidamente los botones, ya que las sucesivas puestas en funcionamiento de los motores consumen más batería, descargándola en menos tiempo.

D

Elektrische Ausrüstung hat eine Notabsenkung. Je nach Krantyp, sie manuell oder elektrisch sein kann. Sie wird durch Drehen des Mechanismus (N1) im Falle des manuellen Systems aktiviert. Im Fall der elektrischen Anlage wird durch Drücken der unteren Taste des Steuerkastens (N2) aktiviert.





Es hat auch zwei Sicherheitssysteme, die den Motor zu entsperren, wenn die Abwärtsbewegung des Krans Dies ist ein Hindernis, das es verhindert, dass unten (Körperteilen des Benutzers, Möbel ...)

Elektrische Ausrüstung hat einen Not-Aus-Taste, die den Akku aus dem Motor automatisch Anhalten der Kranbewegung trennt. (N3) Zum Entriegeln die Stopp-Taste sollte drehen. Wenn sie nicht mit dem Kran drücken Sie den Not-Aus-Taste, um Batterieverbrauch zu vermeiden.

Sie sollten von Wasser und anderen Flüssigkeiten elektrischen Geräten fern zu halten und schützen Sie es vor Spritzwasser, das seine internen Schaltkreise auswirken könnten schwere Schäden.

Das Batteriegehäuse weist Lüftungsöffnungen (N4), um die notwendige und richtige Belüftung dieses Raumes zu gewährleisten. Diese Lüftungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

In den Umzug nach oben / unten den Kran halten Sie die entsprechende Taste, die Vermeidung mehrmaliges Drücken Knöpfen, als aufeinanderfolgende von Motoren in Auftrag verbrauchen mehr Batterie entladen sie in weniger Zeit.



FR

L'équipement électrique dispose d'un système d'abaissement de secours. Selon le type de grue, il peut être manuellement ou électriquement. Dans le cas du système d'emploi, est activé par le mécanisme tournant (nº1). Dans le cas du système électrique est activé en appuyant sur le bouton en bas de la boîte de contrôle (nº2).

A aussi dispose de deux systèmes de sécurité qui débloquent le moteur si dans le mouvement de descente du lève-personne, il y a un obstacle qui le bloque (des parties du corps de l'utilisateur, un meuble,...).

L'équipement électrique dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence qui déconnecte la batterie du moteur en arrêtant automatiquement le mouvement du lève-personne (nº3). Pour débloquent le bouton d'arrêt, il faudra le tourner. Quand ON N'UTILISE PAS le lève-personne, il faut appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pour éviter d'user les batteries.

Il faudra maintenir l'équipement électrique loin de l'eau et autres liquides, et le protéger des éclaboussures qui pourraient toucher ses circuits internes et provoquer ainsi des dommages graves.

Le logement des batteries dispose d'orifices de ventilation (nº4) qui assurent l'aération nécessaire et correcte de cet espace. Il ne faut pas bloquer ou couvrir cette aération. Quand on réalise les mouvements d'élévation et de descente il faut maintenir la touche correcte appuyée, en évitant d'y appuyer plusieurs fois, parce que cela provoque des mises en marche successives des moteurs, ce qui consomme la batterie en la déchargeant plus rapidement. Il faut remplacer les batteries tous les 4 ans, et quelque fois avant, selon le type d'utilisation. Des décharges fréquentes et fortes usent plus rapidement la batterie.

P

O equipamento eléctrico tem um sistema de rebaixamento de emergência. Dependendo do tipo de guindaste, que pode ser manual ou electricamente. É activado rodando o mecanismo (nº 1) no caso de o sistema manual. No caso de o sistema eléctrico é activado premindo o botão inferior da caixa de controlo (nº 2).

Ele também tem dois sistemas de segurança que desbloquear o motor se o movimento descendente do guindaste este é um obstáculo que impede-o para baixo (partes do corpo do usuário, móveis ...)

O equipamento eléctrico tem um botão de parada de emergência que desliga a bateria do motor para automaticamente o movimento da grua (nº 3). Para desbloquear o botão de paragem deve girar. Quando não estiver usando o guindaste pressione o botão de parada de emergência para evitar a descarga da bateria.

Você deve manter afastado de água e outros líquidos equipamentos eléctricos e protegê-lo contra salpicos que possam afetar seu circuito interno causando sérios danos.

O compartimento da bateria tem orifícios de ventilação (nº 4) para garantir a ventilação desse espaço necessário e correto. Esta ventilação não devem ser bloqueadas ou cobertas.

Ao fazer o movimento para cima / baixo do guindaste mantenha o botão apropriado, evitando pressionar botões repetidamente, como sucessiva comissionados dos motores consomem mais bateria, descarregando-a em menos tempo.

UK

The electrical equipment has an emergency lowering system. Depending on the type of crane, it can be manually or electrically. In the case of the manual system (nº1), is activated by turning the mechanism. In the case of the electrical system is activated by pressing the lower button on the control box (nº2).

It also has two safety systems (electrical and mechanical) that disengages the motor if, in the downward movement of the hoist, it comes up against an obstacle that hinders it from descending (parts of the user's body, furniture...).

The electrical equipment has an emergency stop button (nº 3) that disconnects the motor's battery automatically halting the movement of the hoist. To disengage the stop button, it must be turned. When the hoist is NOT in use, press the emergency stop button to prevent the batteries from running down. Keep the electrical equipment away from water and other liquids to protect it from possible splashes that may affect its internal circuits causing serious damage.

The battery housing has several ventilation holes (nº4) that ensure the necessary and correct air circulation within this space. This ventilation must not be blocked or covered.

When undertaking the raise-lower movement of the hoist, keep the appropriate button pressed in, avoiding pressing the buttons repeatedly, as repeated start-ups of the motor uses up more battery, discharging it more quickly.

N

Elektrische apparatuur heeft nood neergelaten. Afhankelijk van het type kraan kan handmatig of elektrisch zijn. Het wordt geactiveerd door bij het handsysteem draaien mechanisme (N1). Bij het elektrische systeem wordt geactiveerd door op de onderste knop van de regelkast (N2).

Het heeft ook twee veiligheidssystemen die de motor ontgrendelen wanneer de neerwaartse beweging van de kraan is een obstakel dat voorkomt beneden (lichaamsdelen van de gebruiker, meubilair ...)

Elektrische apparatuur heeft een noodstopknop dat de batterij loskoppelt van de motor automatisch stoppen van de kraan beweging. (N3) te ontgrendelen de stop-knop moet draaien. Wanneer niet met behulp van de kraan door op de noodstopknop om batterijverbruik te voorkomen.

Je moet uit de buurt van water en andere vloeistoffen elektrische apparatuur en het te beschermen tegen spetters die van invloed kunnen zijn interne circuit veroorzaken ernstige schade.

De behuizing batterij ventilatiegaten (N4) de noodzakelijke en correcte uitzending van deze ruimte te waarborgen. Deze ventilatie mag niet worden geblokkeerd of bedekt.

Bij het maken van de beweging omhoog / omlaag de kraan houdt u de betreffende knop, het vermijden herhaaldelijk op knoppen, zoals opeenvolgende opdracht van motoren verbruiken meer batterij, ontladen in minder tijd.

ES

Las baterías deben ser reemplazadas después de 4 años, quizá antes dependiendo del tipo de uso. Frecuentes descargas reducen la vida de la batería.

Cuando la batería está baja se oye una señal acústica. En este caso quedarán como máximo 8 ciclos de elevación y se debe de poner a cargar inmediatamente.

Para una vida óptima de la batería deberán recargarse tan a menudo como sea posible. El tiempo de recarga oscila entre 5 y 8 horas. Es conveniente recargar la batería cada 20 transferencias.

Recuerde, mientras se está cargando la batería no es posible utilizar la grúa.

Las baterías de equipos que no se usen habitualmente deberán recargarse al menos cada 3 meses, de lo contrario podrían averiarse como consecuencia de su propia auto-descarga.

Para cargar debe comprobar que las conexiones están correctamente fijadas (nº1) y el botón de parada de emergencia no esté pulsado (nº2), sino las baterías no se cargarán de forma adecuada.

Recuerde: la batería es el único componente del equipo eléctrico que precisa de un mantenimiento continuo, si no sigue los consejos anteriores la batería se puede descargar hasta un nivel que no le permita recuperar su carga óptima o incluso puede quedar inoperativa.

Nº 3: Parpadeo: Batería cargándose.
Luz fija: Batería cargada.

FR

Lorsque le signal sonore de batterie faible se fait entendre. Dans ce cas aura un maximum de 8 cycles d'élévation. evrait être mis à charger immédiatement.

Pour une longue durée de vie de la batterie, la recharger le plus souvent possible. La durée de la charge oscille entre 5 à 8 heures
Il est commode de charger la batterie tous les 20 transferts.

Le lève-personne ne peut pas s'utiliser pendant que la batterie se recharge.

Il faut recharger les batteries des équipements qui ne s'utilisent pas continuellement au moins tous les 3 mois, sinon leur autodécharge pourrait les abîmer.

Pour recharger les batteries, il faut vérifier que les connexions sont correctement fixées (nº1) et que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas appuyé (nº2), sinon les batteries ne se rechargeraient pas correctement.

Il ne faut pas oublier que la batterie est le seul composant de l'équipement électrique qui a besoin d'un entretien continu, en ne suivant pas les conseils que nous venons de donner, la batterie pourrait se décharger à un niveau qui ne permettrait plus la récupération de la charge maximum et même à un niveau de non-retour.

Nº 3: Lueur: La batterie se recharge.
Lumière fixe: La batterie est chargée

UK

The batteries must be replaced after 4 years and perhaps before, depending on the type of use. Heavy and frequent unloading reduces the life of the battery.

When the low battery beep is heard. In this case will be a maximum of 8 cycles of elevation and should be put to charge immediately.

For the optimum life of the battery, recharge it as often as possible. Recharging time is around 5 to 8 hours. It is convenient to charge the battery every 20 transfers.

While the battery is being charged, the hoist cannot be used.

Batteries of equipment not habitually used must be recharged at least every 3 months; otherwise they could be damaged as a consequence of their own self-discharge.

To charge, you must check that the connections are correctly attached (nº1) and that the emergency stop button is not pressed in (nº2), otherwise the batteries will not be charged in an appropriate way.

Remember: the battery is the only component of the electrical equipment that requires continuous maintenance. If you do not follow the advice above, the battery may discharge to a level that does not allow it to recover its full charge or may even render it useless.

Nº 3: Blink: Battery charging
Continuous light: Charged battery

D

Die Batterien müssen nach 4 Jahren ersetzt werden, vielleicht früher, je nach Art der Nutzung. Starke und häufige Entladungen zu verringern Lebensdauer der Batterie.
Wenn die Batterie schwach ist ein akustisches Signal zu hören. In diesem Fall werden sie maximal 8 Zyklen Höhen sein. Sollte sofort gestellt werden aufladen

Für eine optimale Batterie Lebensdauer sollten sie so oft wie möglich aufgeladen werden. Wiederaufladezeit liegt zwischen 5 und 8 Stunden. Es ist bequem, die Batterie alle 20 Transfers aufzuladen.

Denken Sie daran, während des Ladevorgangs des Akkus ist nicht möglich, den Kran zu verwenden.

Batterien nicht verwendeten Geräte müssen in der Regel wieder aufgeladen werden mindestens alle 3 Monate, da sie sonst aufgrund ihrer eigenen Selbstentladung beschädigt werden.

Zum Laden muss überprüfen, dass die Anschlüsse korrekt befestigt (No. 1) und der Not-Aus-Taste nicht gedrückt (No. 2), aber die Batterien sind nicht richtig aufgeladen.

Denken Sie daran: die Batterie ist die einzige Komponente der elektrischen Ausrüstung, die kontinuierliche Wartung, Nichtbeachtung der oben genannten Tipps können Sie Batterie auf ein Niveau, dass man eine optimale Last nicht wieder zu erlangen oder sogar funktionsunfähig geworden downloaden folgen erfordert.

No. 3: blinkt: Batterie ladung.
Dauerlicht: Voll aufgeladen.

P

As pilhas devem ser substituídas depois de 4 anos, talvez mais cedo, dependendo do tipo de uso. Descargas fortes e frequentes reduzir a vida útil da bateria. Quando a bateria está fraca que seja emitido um sinal acústico. Neste caso, eles devem ter um máximo de 8 ciclos de elevação. Deve ser colocado para carregar imediatamente

Para a vida melhor bateria que deve ser recarregada o mais rápido possível. O tempo de recarga é entre 5 e 8 horas. É conveniente para carregar a bateria a cada 20 transferências

Recorde, durante o carregamento da bateria não é possível utilizar o guindaste.

Baterias equipamento não utilizado normalmente deve ser recarregada pelo menos a cada 3 meses, caso contrário, eles podem ser danificados como resultado de sua própria auto-descarga.

Para carregar deve verificar se as conexões estão seguras (No. 1) eo botão de parada de emergência não está premido (No. 2), mas as baterias não estão carregadas corretamente.

Lembre-se: a bateria é o único componente do material elétrico que requer manutenção contínua, a incapacidade de seguir as dicas acima você pode baixar de bateria a um nível que não é possível recuperar a carga ideal ou pode mesmo tornar-se inoperante.

No. 3: intermitente: o carregamento da bateria.
Luz fixa: Completamente carregada.

N

De batterijen moeten worden vervangen na 4 jaar, wellicht eerder afhankelijk van het gebruik. Sterke en frequente ontladingen verminderen levensduur van de batterij.
Wanneer de batterij bijna leeg is hoort u een akoestisch signaal. In dat geval zullen zij een maximum van 8 cycli hoogte zijn. Moet worden gelegd om onmiddellijk op te laden

Voor een optimale levensduur van de batterij dat ze zo vaak moeten worden opgeladen mogelijk. De oplaadtijd is tussen de 5 en 8 uur.




Het is handig om de batterij op te laden elke 20 transfers. Herinner, terwijl de batterij wordt opgeladen is niet mogelijk om de kraan te gebruiken.

Batterijen ongebruikte apparatuur meestal moet worden opgeladen ten minste om de 3 maanden, anders konden ze worden beschadigd als gevolg van hun eigen zelfontlading.

Om te laden dient te controleren of de aansluitingen goed zijn bevestigd (nummer 1) en de noodstopknop niet ingedrukt (nr 2), maar de batterijen zijn niet goed opgeladen.

Vergeet niet: de batterij is de enige component van de elektrische apparatuur die permanent onderhoud, niet opvolgen van de bovenstaande tips kunt u de batterij downloaden naar een niveau dat je niet kan herwinnen optimale belasting of zelfs buiten werking gesteld te volgen vereist.

No. 3: knipperen: opladen van de batterij.
Continu licht: volledig opgeladen.





ES

INFORMACIÓN ELÉCTRICA:

WinnCare utiliza para todas sus grúas equipos eléctricos de la marca Linak, líder mundial en la fabricación de estos equipos.

El equipo eléctrico cumple las siguientes normas:

IEC 60601-1 Equipos electro médicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad.
IEC 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética. Requisitos y ensayos.

El ciclo de trabajo máximo del equipo eléctrico es del 10% o 2 minutos de uso continuado, seguidos de 18 minutos de descanso.

Si se excede este ciclo de trabajo existe el riesgo de que el equipo se sobrecaliente y se produzca una avería.

Entorno de funcionamiento del equipo eléctrico: de +5° C a +40° C

Actuador 24V corriente continua.

Baterías 2 x 12V / 2.9Ah recargables selladas del tipo plomo-ácido.

Nivel de ruido (<50dB)

FR

RENSEIGNEMENT ÉLECTRIQUE:

WinnCare utilise pour tous ses lève-personnes des équipements électriques de l'entreprise Linak, leader mondial dans la fabrication de ces équipements.

Cet équipement électrique remplit les conditions des normes suivantes :

IEC 60601-1 Equipements électro médicaux. Partie 1 : Conditions générales pour la sécurité.
IEC 60601-1-2 Compatibilité électromagnétique. Conditions et tests.

Le cycle de travail maximum de l'équipement électrique est de 10% ou 2 minutes d'utilisation continué suivies de 18 minutes de repos.
Quand ce cycle de travail est dépassé, il existe le risque de surchauffer l'équipement et de provoquer une panne.

Environnement de fonctionnement de l'équipement électrique: de +5° C á +40° C

Vérin 24V courant continu.

Batteries 2 x 12V / 2.9Ah rechargeables scellées du type plomb-acide.

Niveau de bruit (<50dB)

UK

ELECTRICAL INFORMATION:

For all its electrical hoist equipment, WinnCare uses the Linak company, a world leader in manufacturing this type of equipment.

The electrical equipment complies with the following standards:

IEC 60601-1 Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
IEC 60601-1-2 Medical electrical equipment. Part 1-2: General requirements for safety collateral standard: electromagnetic compatibility. Requirements and tests.

The maximum work cycle of the electrical equipment is 10% or 2 minutes of continuous use followed by 18 minutes rest.
If this work cycle is exceeded there is a risk that the equipment will overheat and cause a breakdown.

Operational environment of the electrical equipment: from +5° C to +40° C

Actuator 24V continuous current.

Batteries 2 x 12V / 2.9Ah sealed rechargeable batteries of the lead-acid type.

Noise level: (<50dB)

D

ELEKTRISCHE INFORMATIONEN:

WinnCare elektrische Ausrüstung von Linak Marke, weltweit führend in der Herstellung dieser Geräte für alle Kräne verwenden.

Die elektrische Ausrüstung entspricht folgenden Normen:

IEC 60601-1 Elektro medizinischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit.
IEC 60601-1-2 Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen und Prüfungen.

Die maximale Einschaltdauer der elektrischen Ausrüstung 10% oder 2 Minuten Dauerbetrieb gefolgt von 18 Minuten Pause.

Wenn dieser Zyklus überschritten wird besteht die Gefahr, dass das Gerät Überhitzung und Fehlfunktion auftritt.

Betriebsumgebung der elektrischen Ausrüstung: + 5 ° C bis + 40 ° C

24V DC Antrieb.

Batterien 2 x 12V / 2.9Ah wiederaufladbare Blei-Säure-Typ.

Lärm (<50 dB)

P

INFORMAÇÕES ELÉTRICAS:

WinnCare usar o equipamento elétrico da marca Linak, líder mundial na fabricação deste equipamento para todos os seus guindastes.

O material eléctrico responde às seguintes normas:

IEC 60601-1 equipamentos médicos electro. Parte 1: Requisitos gerais de segurança.
Compatibilidade eletromagnética IEC 60601-1-2. Requisitos e ensaios.

O ciclo de dever máximo do equipamento eléctrico é de 10% ou 2 minutos de uso contínuo seguido de 18 minutos de descanso.

Se este ciclo for excedido existe o risco de que o equipamento de sobreaquecimento e ocorre uma avaria.

Ambiente de operação do equipamento eléctrico: + 5 ° C a + 40 ° C

Atuador 24V DC.

Baterias 2 x 12V / 2.9Ah recarregável selada tipo chumbo-ácido.

Ruído (<50dB)

N

ELEKTRISCHE INFORMATIE:

WinnCare gebruiken elektrische uitrusting van Linak merk, wereldleider in de productie van deze apparatuur voor al uw kranen.

De elektrische apparatuur voldoet aan de volgende normen:

IEC 60601-1 electro medische apparatuur. Deel 1: Algemene eisen voor de veiligheid.
IEC 60601-1-2 Elektromagnetische compatibiliteit. Voorschriften en tests.

De maximale inschakelduur van de elektrische apparatuur is 10% of 2 minuten continu gebruik gevolgd door 18 minuten rust.

Wanneer deze cyclus wordt overschreden bestaat het gevaar dat de apparatuur oververhitting en storing.

Operationele omgeving van elektrische apparatuur: + 5 ° C tot + 40 ° C

24V DC actuator.

Batterijen 2 x 12V / 2.9Ah oplaadbare verzegelde lood-zuur type.

Ruis (<50dB)

EQUIPO Y PROTECCIÓN IP EQUIPEMENT ET PROTECTION IP EQUIPMENT AND IP PROTECTION GERÄTE UND IP-SCHUTZ EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO IP APPARATUUR EN IP BESCHERMING	ACTUADOR VÉRIN CLERATION HOIST ACTUATOR AKTOR ATUADOR ACTUATOR	CAJA DE CONTROL BOTILLER DE CONTRÔLE CONTROL BOX CONTROL BOX CAIXA DE CONTROLE CONTROL BOX	BOTONERA TÉLÉCOMMANDE HANDSET STEUERUNG ODER TASTER CONTROLE OU BOTÃO CONTROLE OF DRUKKNOP
Ref. 102102043/UDI: 8436571820426- Básica E130	LA31 IP54	CBJH IPX4	HB71 IPX6
Ref. 102102044/UDI: 8436571820433 - Hop! E150	LA31 IP54	CBJH IPX4	HB71 IPX6

ES

VIDA ESPERADA DEL PRODUCTO

Todas las grúas WinnCare se han testado según la norma EN ISO 10535, y cuentan con una vida útil mínima de 6 años. Para poder prolongar la vida útil de la grúa es necesario continuar con las revisiones anuales por nuestro servicio técnico oficial.

La siguiente tabla indica la vida estimada del motor/actuador dependiendo del número de elevaciones que se realicen por día.

Elevación X día	Años vida útil
30	1
15	2
10	3
7-8	4
6	5
5	6
4-5	7
3-4	8
2-3	9
1-2	10

D

ZU ERWARTENDE LEVENSDAUER DES PRODUKTES

Alle WinnCare Krane wurden nach EN ISO 10535 getestet und haben eine Mindestlebensdauer von 6 Jahren. Um die Lebensdauer des Krans zu verlängern, müssen die jährlichen Überarbeitungen durch unseren offiziellen technischen Dienst fortgesetzt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die geschätzte Lebensdauer des Motors / Aktuators in Abhängigkeit von der Anzahl der Höhen pro Tag.

Höhe X Tag	Jahre Leben
30	1
15	2
10	3
7-8	4
6	5
5	6
4-5	7
3-4	8
2-3	9
1-2	10

ES

Esta tabla puede ser orientativa en función del uso, carga y carrera.

Las especificaciones de LINAK mencionadas se pueden encontrar en la etiqueta del actuador, o si ésta ya no estuviera presente, se pueden consultar las correspondientes hojas técnicas en www.linak.com

D

Diese Tabelle kann in Abhängigkeit von der Verwendung, Last und Hub indikativ sein.

Die genannten Angaben von LINAK befinden sich auf dem Aufkleber auf dem Hubmotor, oder, falls dieser nicht mehr vorhanden ist, können Sie die entsprechenden technischen Blätter auf www.linak.com einsehen.

FR

DURÉE DE VIE DU PRODUIT

Toutes les lève-personnes WinnCare ont été testées selon la norme EN ISO 10535 et ont une durée de vie minimale de 6 ans. Afin de prolonger la vie utile de lève-personnes, il est nécessaire de poursuivre les révisions annuelles par notre service technique officiel.

Le tableau suivant indique la durée de vie estimée du moteur/actionneur en fonction du nombre d'élévations par jour.

Elevation X jour	Années de vie
30	1
15	2
10	3
7-8	4
6	5
5	6
4-5	7
3-4	8
2-3	9
1-2	10

P

VIDA ESPERADA DO PRODUTO

Todas as gruas WinnCare foram testadas de acordo com a EN ISO 10535 e têm uma vida útil mínima de 6 anos. Para prolongar a vida útil da grua, é necessário continuar com as revisões anuais do nosso serviço técnico oficial.

A tabela a seguir indica a vida estimada do motor / atuador dependendo do número de elevações por dia.

Elevação X dia	Anos de vida
30	1
15	2
10	3
7-8	4
6	5
5	6
4-5	7
3-4	8
2-3	9
1-2	10

FR

Ce tableau peut être indicative en fonction de l'utilisation, la charge et la course.

Les spécifications de LINAK citées sont indiquées sur l'étiquette de le vérin, et si celle-ci a disparu, on peut consulter les différentes feuilles techniques dans www.linak.com

P

Esta tabela pode ser indicativo, dependendo da utilização, da carga...

As especificações da LINAK acima indicadas, estão indicadas na etiqueta do accionador e se não estiver a etiqueta, podem-se consultar as correspondentes folhas técnicas na www.linak.com.

UK

PRODUCT LIFE EXPECTANCY

All WinnCare hoists have been tested according to EN ISO 10535, and have a minimum lifespan of 6 years. In order to prolong the useful life of the hoist, it is necessary to continue with the annual revisions by our official technical service.

The following table indicates the estimated life of the motor / actuator depending on the number of elevations per day.

Elevation X day	Years life
30	1
15	2
10	3
7-8	4
6	5
5	6
4-5	7
3-4	8
2-3	9
1-2	10

N

VERWACHTE DUUR VAN HET PRODUKT

Alle WinnCare-kranen zijn getest volgens EN ISO 10535 en hebben een minimale levensduur van 6 jaar. Om de levensduur van de kraan te verlengen, is het noodzakelijk om door te gaan met de jaarlijkse herzieningen door onze officiële technische dienst.

De volgende tabel geeft de geschatte levensduur van de motor / actuator aan, afhankelijk van het aantal verhogingen per dag.

Elevation X-dag	Jaren leven
30	1
15	2
10	3
7-8	4
6	5
5	6
4-5	7
3-4	8
2-3	9
1-2	10

UK


This table can be indicative depending on the use, load and stroke .

The LINAK specifications mentioned can be found on the actuator label, or if it is not there, they can be consulted in the corresponding data sheet at www.linak.com




N

Deze tabel kan indicatief zijn afhankelijk van het gebruik, lading en beroerte

De genoemde LINAK specificaties bevinden zich op het etiket van de bediening. Als het etiket niet meer voorhanden is, kunnen de technische bladzijden op www.linak.com.



CAMBIO DE BATERIAS
CHANGEMENT DES BATTERIES
CHANGING BATTERIES
BATTERIEN WECHSELN
MUDAR AS PILHAS
BATTERIEN VERVANGEN



— NEGRO - NOIR - BLACK - SCHWARZ - PRETO - BLACK

--- ROJO - ROUGE - RED - ROT - VERMELHO - ROOD

ES

FR

UK

LIMPIEZA:

La limpieza de la grúa se deberá hacer con un paño humedecido con un producto destinado a la limpieza de muebles o similar, que no contenga disolventes, ya que podrían dañar el recubrimiento de la grúa. Evite poner en contacto los elementos eléctricos de la grúa con el agua. **Para desinfectar, aplique vapor de agua por toda la estructura.**

MODO DE DESHECHO:

La grúa está fabricada con perfiles de acero con recubrimiento de epoxi, por lo que para deshacerse de ella deberá seguir las ordenanzas de reciclado o las recomendaciones locales al respecto.

En el caso de las baterías recargables, que contienen plomo (Pb), deberán ser recicladas, por lo que tendrá que depositarlas en los contenedores destinados al reciclado de baterías para coches o en los gestores de residuos adecuados.

NETTOYAGE:

Il faut nettoyer le lève-personne avec un chiffon humidifié avec un produit pour nettoyer les meubles ou proche, qui ne contient aucun dissolvant qui pourrait abîmer le recouvrement du lève-personne. Éviter de mouiller les éléments électriques du lève-personne. **Pour désinfecter, appliquer la vapeur dans toute la structure.**

RECYCLAGE:

Le lève-personne est fabriqué avec des profils en acier recouverts d'époxy, pour le recycler, il faut donc suivre les règlements de recyclage ou les recommandations locales à ce sujet.

Dans le cas des batteries rechargeables, qui contiennent du plomb (Pb), il faudra les recycler en les déposant dans les containers destinés au recyclage des batteries pour voiture ou dans les décharges publiques qui gèrent les résidus.

CLEANING:

The hoist must be cleaned using a damp cloth with a product used for cleaning furniture or similar that does not contain solvents that could damage the coating of the hoist.

Do not allow the electrical elements of the hoist to come into contact with water. **To disinfect, apply steam throughout the structure.**

DISPOSAL METHOD:

The hoist is manufactured with Steel profiles with an epoxy coating. Therefore, to dispose of it you must follow reeving regulations or local recommendations on disposal.

Rechargeable batteries containing lead (Pb) must be reeved so they should be disposed of in containers destined for reeving cars batteries or at the appropriate waste management sites.

D

P

N

PFLERGE:

Reinigen Sie den Lifter mit einem feuchten Tuch und einem Reinigungsmittel für Möbel oder einem ähnlichen Reinigungsmittel, das keine Lösungsmittel enthält, die den Farbüberzug angreifen könnten. Sorgen Sie dafür, dass die elektrischen Geräte nicht in Kontakt mit Wasser geraten. **Zur Desinfektion gelten Dampf in der gesamten Struktur.**

ENTSORGUNG:

Der Patientenhilfsmittel besteht aus Stahl mit einem Epoxy-Überzug, weshalb die lokalen Bestimmungen und Anweisungen für dessen Entsorgung befolgt werden müssen.

Die Akkus enthalten Blei (Pb) und müssen daher in Sonder-Containern zum Recyceln von Autobatterien oder an anderen Stellen, wo Sondermüll in inangemessener Form gesammelt und entsorgt wird, deponiert werden.

LIMPEZA:

A limpeza do grua deve ser feita com um trapo humedecido com um produto destinado à limpeza de móveis ou similar, que não contenha dissolventes que possam danificar o revestimento do grua. Evitar de por em contacto os elementos eléctricos do grua com água. **Para desinfectar, aplique vapor em toda a estrutura.**

PARA DESFAZER-SE DO GUINDASTE:

O grua está fabrica com perfis de aço com um revestimento de epoxi, e para desfazer-se dele será preciso seguir as ordens de reciclagem ou as recomendações locais.

As baterias carregáveis que contêm chumbo (Pb), deverão ser recicladas; deverão ser depositadas nos contentores destinados à reciclagem de baterias para carros ou nas instalações de gestores de resíduos adequados.

REINIGING:

De lift moet gereinigd worden met een vochtige doek en een product voor het reinigen van meubels of dergelikes, zonder oplosmiddel dat de bekleding van de lift zou kunnen beschadigen.

Het contact van de elektrische liftelementen met water vermijden. **Te desinfecteren, stoom gelden voor het gehele structuur.**

STORTGOEDBEHANDELING:

De lift is met profielen uit staal en epoxy-bekleding gebouwd, en om er zich van te ontdoen moeten de voorschriften over recycling of de plaatselijke aanbevelingen nagekomen worden.

Oplaadbare batterijen, die lood (Pb) bevatten, moet recycled worden en dus in de containers voor autobatterij-recycling of bij daartoe bestemde stortplaatsbeheerders gedeponeerd worden.

ES

FALLOS Y SOLUCIONES**SÍNTOMA**

El brazo de elevación, con la grúa sin carga, en ocasiones no baja.

CAUSA

- El brazo de elevación necesita de un mínimo peso para descender.

SOLUCIÓN

- Ejercer una leve fuerza hacia abajo sobre el brazo de elevación a la vez que presiona el pulsador para bajar.

SÍNTOMA

Las partes móviles de la grúa no funcionan suavemente.

CAUSA

- Falta de lubricación.

SOLUCIÓN

- Engrase las partes móviles.

SÍNTOMA

El actuador no funciona pero se oye un "clic" en el interior de la caja de control al pulsar en la botonera.

CAUSA

- 1.- Clavija del actuador mal conectada en la caja de control.
- 2.- Baterías descargadas.
- 3.- Cable de actuador dañado.
- 4.- Actuador o caja de control averiados.

SOLUCIÓN

- 1.- Conectar el actuador correctamente.
- 2.- Cargar baterías.
- 3.- Enviar actuador para reparar.
- 4.- Enviar equipo para revisión.

FR

PROBLÈMES ET SOLUTIONS**SYMPTÔMES**

Le fléau, avec le lève-personne sans charge, ne descend pas toujours.

CAUSE

- Le fléau a besoin d'un poids minimum pour descendre.

SOLUTION

- Forcer un peu vers le bas sur le fléau tout en appuyant sur la touche de descente.

SYMPTÔMES

Les parties mobiles du lève-personne sont dures.

CAUSE

- Manque de lubrification.

SOLUTION

- Graisser les parties mobiles.

SYMPTÔMES

Le vérin ne marche pas mais on entend un "click" à l'intérieur de la boîte de contrôle quand on appuie sur les touches.

CAUSE

- 1.- La prise de le vérin est mal branchée à la boîte de contrôle.
- 2.- Batteries déchargées.
- 3.- Le câble de le vérin est abîmé.
- 4.- Le vérin ou la boîte de contrôle sont abîmés.

SOLUTION

- 1.- Brancher correctement le vérin.
- 2.- Charger les batteries.
- 3.- Faire réparer le vérin.
- 4.- Faire réviser le vérin.

UK

FAULTS AND REMEDIES**SYMPTOM**

The lift arm, with the hoist unloaded, sometimes does not lower.

CAUSE

- The lift arm needs a minimum weight in order to descend.

SOLUTION

- Lightly push the lift arm downwards at the same time as pressing the down button.

SYMPTOM

The moving parts of the hoist do not function smoothly.

CAUSE

- Lack of lubrication.

SOLUTION

- Lubricate moving parts.

SYMPTOM

The actuator does not work but a "click" can be heard inside the control box when pressing the handset.

CAUSE

- 1.- Actuator plug badly connected to the control box.
- 2.- Fit batteries.
- 3.- Damaged actuator cable.
- 4.- Actuator or control box broken down.

SOLUTION

- 1.- Connect the actuator correctly.
- 2.- Charge batteries.
- 3.- Send actuator to be repaired.
- 4.- Send equipment to be serviced.

D

STÖRUNGEN UND LOSUNGEN**ANZEICHEN**

Der Hubarm senkt sich gelegentlich nicht ab, wenn kein Gewicht angebracht wurde.

URSACHE

- Es muss ein Mindestgewicht am Hubarm angebracht werden.

LÖSUNG

- Drücken Sie den Hubarm leicht herunter und gleichzeitig den "ab"-Knopf.

ANZEICHEN

Die Bewegungen der entsprechenden Teile des Lifters sind nicht gleichmäßig.

URSACHE

- Es muss geschmiert werden.

LÖSUNG

- Schmieren Sie die beweglichen Teile.

ANZEICHEN

Der Motor funktioniert nicht, aber man hört ein "Klick" im Inneren der Steuereinheit, wenn man die Handbedienung drückt.

URSACHE

- 1.- Der Stecker des Motors ist nicht richtig an die Steuereinheit angeschlossen.
- 2.- Die Akkus sind entladen.
- 3.- Das Kabel des Motors ist beschädigt.
- 4.- Motor oder Steuereinheit sind beschädigt.

LÖSUNG

- 1.- Schließen Sie den Motor richtig an.
- 2.- Laden Sie die Akkus auf.
- 3.- Senden Sie den Motor zur Reparatur ein.
- 4.- Senden Sie die elektrischen Geräte zur Überprüfung ein.

P

FALHOS E SOLUÇÕES**SÍNTOMA**

Quando o grua está sem carga, algumas vezes o braço de elevação, não desce.

CAUSA

- O braço de elevação necessita um mínimo peso para descer.

SOLUÇÃO

- Exercer uma leve força para baixo sobre o braço de elevação e carregar ao mesmo o botão para descer.

SÍNTOMA

As partes móveis do grúa não funcionam com suavidade.

CAUSA

- Falta de lubrificação.

SOLUÇÃO

- Lubrificar as partes móveis.

SÍNTOMA

O accionador não funciona mas ouve-se um "clic" no interior da caixa de controlo quando se carrega na caixa de botões.

CAUSA

- 1.- Ficha do accionador mal conectada na caixa de controlo.
- 2.- Baterias descarregadas.
- 3.- Fio do accionador deteriorado.
- 4.- Accionador ou caixa de controlo avariados.

SOLUÇÃO

- 1.- Conectar o accionador correctamente.
- 2.- Carregar as baterias.
- 3.- Enviar accionador para reparar.
- 4.- Enviar equipamento para revisão.

N

STORINGEN EN OPLOSSINGEN**SYMPTOOM**

De draagarm onbelast, lift daalt soms niet.

OORZAAK

- De draagarm heeft een minimum gewicht nodig, om te dalen.

OPLOSSING

- Druk met weinig kracht op de draagarm, naar beneden toe, en druk tegelijkertijd op de knop om te dalen.

SYMPTOOM

De bewegende delen van de lift functioneren niet.

OORZAAK

- Niet genoeg ingesmeerd.

OPLOSSING

- De bewegende delen smeren.

SYMPTOOM

De elektrische vijzel functioneert niet maar men hoort een "klik" in het controleblok bij het drukken op de afstandsbediening.

OORZAAK

- 1.- De stekker van de elektrische vijzel is niet goed aangesloten in het controleblok.
- 2.- De batterijen zijn leeg.
- 3.- De bedieningskabel is beschadigd.
- 4.- Defect van de elektrische vijzel of controleblok.

OPLOSSING

- 1.- De elektrische vijzel goed aansluiten.
- 2.- De batterijen opladen.
- 3.- De bediening naar de reparatie sturen.
- 4.- sturenDe elektrische vijzel laten repareren.

ES

FALLOS Y SOLUCIONES**SÍNTOMA**

El actuador no funciona ni se oye un "clic" en el interior de la caja de control al pulsar la botonera.

CAUSA

- 1.- El botón rojo de parada de emergencia está pulsado.
- 2.- Batería mal colocada.
- 3.- Mala conexión del equipo eléctrico.
- 4.- Baterías descargadas.
- 5.- Cable de la botonera dañado.
- 6.- Equipo averiado.

SOLUCIÓN

- 1.- Gírelo para desbloquearlo.
- 2.- Coloque la batería correctamente.
- 3.- Revise las conexiones.
- 4.- Cargue las baterías.
- 5.- Sustituir la botonera.
- 6.- Envíe el equipo para su revisión.

SÍNTOMA

El actuador se para.

CAUSA

- 1.- Baterías descargadas (suena un aviso acústico al pulsar la botonera)
- 2.- Se ha sobrepasado el peso que puede elevar la grúa.

SOLUCIÓN

- 1.- Cargue las baterías.
- 2.- Reduzca el peso.

FR

PROBLEMES ET SOLUTIONS**SYMPTÔMES**

Le vérin ne marche pas et on n'entend aucun "click" à l'intérieur de la boîte de contrôle quand on appuie sur les touches.

CAUSE

- 1.- Le bouton rouge d'urgence est appuyé.
- 2.- Le contact entre l'équipement et la batterie démontable est mauvais.
- 3.- Une mauvaise connexion des composants électriques.
- 4.- Batteries déchargées.
- 5.- Le câble de la télécommande est abîmé.
- 6.- Équipement abîmé.

SOLUTION

- 1.- Le tourner pour le débloquent.
- 2.- Mettre bien la batterie.
- 3.- Vérifier les branchements.
- 4.- Charger les batteries.
- 5.- Changer la boîte de la télécommande.
- 6.- Faire réviser l'équipement.

SYMPTÔMES

Le vérin s'arrête.

CAUSE

- 1.- Batteries déchargées (L'alarme acoustique sonne en branchant la télécommande).
- 2.- Le poids que peut supporter le lève personne a été dépassé.

SOLUTION

- 1.- Charger les batteries.
- 2.- Diminuer le poids.

UK

FAULTS AND REMEDIES**SYMPTOM**

The actuator does not work and there is no "click" sound in the control box when pressing the handset.

CAUSE

- 1.- Red emergency button pressed in.
- 2.- Equipment with removable battery that has not made a good contact.
- 3.- Bad connection of the electrical components.
- 4.- Discharged batteries.
- 5.- Handset cable damaged.
- 6.- Damaged equipment.

SOLUTION

- 1.- Turn it to release it.
- 2.- Put the battery correctly.
- 3.- Check the connections.
- 4.- Charge the batteries
- 5.- Replace the handset.
- 6.- Send equipment to be serviced.

SYMPTOM

The actuator stops.

CAUSE

- 1.- Discharged batteries (acoustic warning sounds on pressing the handset)
- 2.- The weight that the hoist can lift has been exceeded.

SOLUTION

- 1.- Charge batteries.
- 2.- Reduce the weight.

D

STÖRUNGEN UND LOSUNGEN**ANZEICHEN**

Der Motor funktioniert nicht, aber man hört kein "Klick" im Inneren der Steuereinheit, wenn man die Handbedienung drückt.

URSACHE

- 1.- Der rote Knopf für Notfälle ist aktiviert.
- 2.- Das Gerät hat abnehmbare Akkus, die keinen richtigen Kontakt herstellen.
- 3.- Der Anschluss der elektrischen Teile ist fehlerhaft.
- 4.- Die Akkus sind entladen.
- 5.- Das Kabel der Handbedienung ist beschädigt.
- 6.- Die elektrischen Geräte sind beschädigt.

LÖSUNG

- 1.- Drehen Sie ihn, um ihn zu entriegeln.
- 2.- Bringen Sie die Akkus richtig an.
- 3.- Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- 4.- Laden Sie die Akkus auf.
- 5.- Ersetzen Sie die Handbedienung.
- 6.- Senden Sie die elektrischen Geräte zur Überprüfung ein.

ANZEICHEN

Der Motor geht aus.

URSACHE

- 1.- Die Akkus sind entladen (es ertönt ein akustisches Signal, sobald man die Handbedienung drückt).
- 2.- Das Höchstgewicht, das der Patientenlifter hochheben kann, wurde überschritten.

LÖSUNG

- 1.- Laden Sie die Akkus auf.
- 2.- Reduzieren Sie das Gewicht.

P

FALHOS E SOLUÇÕES**SINTOMA**

O accionador não funciona nem se ouve um "clic" no interior da caixa de controlo quando se carrega na caixa de botões.

CAUSA

- 1.- Botão vermelho de emergencia carregado.
- 2.- Equipamento com bateria desmontável que não faz um bom contacto.
- 3.- Má conexão dos componentes eléctricos.
- 4.- Baterias descarregadas.
- 5.- Fio da caixa de botões deteriorado.
- 6.- Equipamento avariado.

SOLUÇÃO

- 1.- Gírelo para desbloquearlo.
- 2.- Coloque a bateria correctamente.
- 3.- Revise as conexões.
- 4.- Carregar baterías.
- 5.- Substituir caixa de botões.
- 6.- Enviar equipamento para revisão.

SINTOMA

O accionador para.

CAUSA

- 1.- Baterias descarregadas (ouve-se aviso acústico pulsando a caixa de botões).
- 2.- O peso que pode elevar o grua foi ultra passado.

SOLUÇÃO

- 1.- Cargar baterías.
- 2.- Reduzir el peso.

N

STORINGEN EN OPLOSSINGEN**SYMPTOOM**

De elektrische vijzel functioneert niet en men hoort ook geen "klik" in het controleblok bij het drukken op de afstandsbediening.

OORZAAK

- 1.- De rode noodknop is ingedrukt.
- 2.- Uitrusting met demonteerbare batter met slecht contact.
- 3.- Slechte verbinding der elektrische componenten.
- 4.- De batterijen zijn leeg.
- 5.- De kabel van het knopblok is beschadigd.
- 6.- De uitrusting heeft een averij.

OPLOSSING

- 1.- Omschakelen om hem te deblokken.
- 2.- Plaats de batterij zoals het hoort.
- 3.- De aansluitingen nakijken.
- 4.- De batterijen opladen.
- 5.- Het drukknoppenblok uitwisselen.
- 6.- De uitrusting naar een revisie sturen.

SYMPTOOM

De bediening stop!

OORZAAK

- 1.- Lege batterijen (bij het drukken op de afstandsbediening hoort men een akoestisch signaal).
- 2.- Er is meer gewicht dan de lift kan heffen.

OPLOSSING

- 1.- De batterijen opladen.
- 2.- Het gewicht verminderen.

ES

FALLOS Y SOLUCIONES**SÍNTOMA***El actuador solo funciona en un sentido.***CAUSA**

- 1.- Botonera averiada.
- 2.- Caja de control averiada.

SOLUCIÓN

- 1.- Sustituir la botonera.
- 2.- Enviar equipo para revisión.

SÍNTOMA*Las baterías no se cargan.***CAUSA**

- 1.- Mala conexión.
- 2.- Avería en el circuito de carga.

SOLUCIÓN

- 1.- Revisar las conexiones.
- 2.- Enviar equipo para revisión.

Si los problemas no pueden ser solucionados con las recomendaciones sugeridas, póngase en contacto con su proveedor.

FR

PROBLEMES ET SOLUTIONS**SYMPTÔMES***Le vérin ne fonctionne que dans un seul sens.***CAUSE**

- 1.- Télécommande en panne.
- 2.- Boîte de contrôle en panne.

SOLUTION

- 1.- Changer la télécommande.
- 2.- Faire réviser l'équipement.

SYMPTÔMES*Les batteries ne se chargent pas.***CAUSE**

- 1.- Mauvaise connexion.
- 2.- Panne dans le circuit de charge.

SOLUTION

- 1.- Vérifier les branchements.
- 2.- Faire réviser l'équipement.

Si les problèmes ne s'arrangent pas en suivant les recommandations suggérées, il faut vous mettre en contact avec votre fournisseur.

UK

FAULTS AND REMEDIES**SYMPTOM***The actuator only works in one direction.***CAUSE**

- 1.- Breakdown in handset.
- 2.- Breakdown in control box.

SOLUTION

- 1.- Replace handset.
- 2.- Send equipment to be serviced.

SYMPTOM*The batteries do not charge.***CAUSE**

- 1.- Bad connection.
- 2.- Breakdown in charge circuit.

SOLUTION

- 1.- Check connections.
- 2.- Send equipment to be serviced.

If the problems cannot be solved through these suggested recommendations, contact your supplier.

D

STÖRUNGEN UND LOSUNGEN**ANZEICHEN***Der Motor führt nur Bewegungen in eine Richtung aus.***URSACHE**

- 1.- Die Handbedienung ist beschädigt.
- 2.- Die Steuereinheit ist beschädigt.

LÖSUNG

- 1.- Ersetzen Sie die Handbedienung.
- 2.- Senden Sie die elektrischen Geräte zur Überprüfung ein.

ANZEICHEN*Die Akkus laden sich nicht auf.***URSACHE**

- 1.- Der Anschluss ist fehlerhaft.
- 2.- Es besteht eine technische Störung im Ladevorgang.

LÖSUNG

- 1.- Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- 2.- Senden Sie die elektrischen Geräte zur Überprüfung ein.

Sollten die Probleme Dank dieser Hinweise nicht behoben werden können, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

P

FALHOS E SOLUÇÕES**SINTOMA***O accionador só funciona num sentido.***CAUSA**

- 1.- Caixa de botões avariada.
- 2.- Caixa de controlo avariada.

SOLUÇÃO

- 1.- Substituir caixa de botões.
- 2.- Enviar equipamento para revisão.

SINTOMA*As baterias não se carregam.***CAUSA**

- 1.- Má conexão.
- 2.- Avaria em circuito de carga.

SOLUÇÃO

- 1.- Revisar conexões.
- 2.- Enviar equipamento para revisão.

Se os problemas não podem ser solucionados com as recomendações sugeridas, ponha-se em contacto com o seu abastecedor.

N

STORINGEN EN OPLOSSINGEN**SYMPTOOM***De elektrische vlijzel functioneert maar in één richting.***OORZAAK**

- 1.- De afstandsbediening is defect.
- 2.- Het controleblok is defect.

OPLOSSING

- 1.- De afstandsbediening vervangen.
- 2.- De uitrusting naar een revisie sturen.

SYMPTOOM*De batterijen laden niet op.***OORZAAK**

- 1.- Slechte aansluiting.
- 2.- Oefect in het oplaadsysteem.

OPLOSSING

- 1.- De aansluitingen nakijken.
- 2.- De uitrusting naar een revisie sturen.

Kunnen de problemen met deze aanbevelingen niet opgelost worden, neem dan contact op met uw leverancier.

Servicio de asistencia técnica
Service d'assistance technique
Technical support service
Serviço de ajuda técnica
Kundendienst
Stap van vrijgeven technicus

sat@winnccare.es

WINNCARE
Carretera Masía del Juez, 37
46909 Torrent Valencia (Spain)

ES

GARANTÍA

Todas las grúas han sido rigurosamente inspeccionadas; en la etiqueta que disponen aparece un número de lote y de serie que relacionan dicha grúa con los materiales, equipos y componentes empleados, así como con los procesos de trabajo realizados para su fabricación, montaje e inspección.

Para los países con Servicio Técnico Oficial Winnocare Spain la garantía es de 2 años, extensibles hasta los 6 años realizando mantenimientos anuales en dichos servicios oficiales (consultar winnocare.es). Para el resto de países la garantía es de 5 años sin ampliación posible. 1 año para las baterías, en condiciones normales de utilización, respetando las recomendaciones de uso y mantenimiento y no modificando o manipulando ninguno de sus componentes.

Cualquier manipulación o alteración, en especial del equipo eléctrico, supone la total anulación de esta garantía. En caso de defecto o mal funcionamiento de la grúa o de alguno de sus componentes, deberá ponerse en contacto con el distribuidor donde la adquirió, presentándole la factura o justificante de compra, para que proceda a su inspección y, siempre de acuerdo con el fabricante, se decida su reparación o sustitución. Las responsabilidades de Winnocare quedan excluidas en el caso de desperfectos ocasionados, por un mal uso o a consecuencia de no seguir las recomendaciones dadas en estas instrucciones.

De acuerdo con la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, el distribuidor y/o WINNOCARE no serán responsables del daño causado por el defecto que no existiera en el momento en el que pusieron el producto en circulación o que este defecto apareciera más tarde.

D

GARANTIE

Alle Patientenliften wurden den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen; auf den auf allen Liftern angebrachten Aufklebern erscheinen eine Warenpartie-Nummer und die Seriennummer durch die bestimmt werden kann welche Materialien, Geräte, Einzelteile und Arbeitsabläufe an dem Herstellungs, Montage und Qualitätsprüfungsprozess beteiligt waren.

Unsere Krllne haben eine 5 Jahre Garantie un 1 Jahr für die Batterien, insofern das Gerllt unter normalen Bedingungen und BerOcksi chtigung der Gebrauchsanweisung benutzt wurde und an keinem seiner Teile verancer ungen durchgeführt wurden.

Bei jeglicher Veränderung, vor allem anden elektrischen Geräten, verfällt die Garantie vollständig. Sollten an dem Lifter Mängel auftreten oder sollte er fehlerhaft funktionieren, so müssen Sie sich mit dem Händler in Kontakt setzen, bei dem Sie ihn erworben ihm haben, und die Rechnung oder einen Kaufbeleg vorlegen, damit durch ihn die Überprüfung vorgenommen und in Übereinstimmung mit dem Hersteller, die Reparatur durchgeführt oder für einen Ersatz gesorgt wird. Winnocare übernimmt keine Verantwortung, wenn durch falschen Gebrauch oder durch Nichtbefolgen der Gebrauchsanweisung Schllden verursacht werden. I overensstemmelse med Rådets direktiv 85/374 / EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovbestemte og administrative bestemmelser om erstatningsansvar for skader forårsaget af defekte produkter, er distributøren og / eller WINNOCARE ikke skadet . forårsaget af den mangel, der ikke eksisterede på det tidspunkt, hvor produktet blev sat i omiløb, eller at denne mangel dukkede op senere.

FR

GARANTIE

Tous les léve-personnes ont été rigoureusement vérifiés; sur l'étiquette apparaît le numéro du lot et celui de série qui mettent en rapport ce léve-personne et les matériaux, les équipements et les composants utilisés ainsi que les processus de travail réalisés pour sa fabrication, son montage et sa vérification.

Les léves-personne Winnocare ont une garantie de 5 ans et 1 an pour la batterie, en conditions d'utilisation normale, en respectant les recommandations d'utilisation et d'entrelieu et sans modifier ou sans manipuler aucun de ses composants.

Toute manipulation ou altération, surtout de l'équipement électrique annule complètement cette garantie. En cas de défaut de fabrication ou de mauvais fonctionnement du lévepersonne ou de l'un de ses composants, il faut se mettre en contact avec le distributeur qui l'a vendu, le présentant avec la facture ou le justificatif de l'achat pour qu'en accord avec le fabricant, l'équipement soit inspecté avant de le réparer ou de le remplacer. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou parce que les recommandations données dans ce manuel d'instructions n'ont pas été suivies, sont exclus des responsabilités de Winnocare.

Conformément à la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité pour les dommages causés par des produits défectueux, le distributeur et/ou WINNOCARE ne seront pas responsables pour les dommages causés par le défaut qui n'existait pas au moment de la mise en circulation du produit ou que ce défaut est apparu ultérieurement.

P

GARANTIA

Todos os guas foram rigorosamente inspecionados; na etiqueta aparece um número de lote e de série que relacionam o guindaste com os materiais, equipamentos e componentes utilizados e os processos de trabalho realizados para a fabricação, a montagem e a inspeção.

Os guas Winnocare têm uma garantia de 5 anos e 1 ano da bateria, em condições normais de utilização, respeitando as recomendações de uso e de manutenção e sem modificar ou manipular os componentes.

Qualquer manipulação ou alteração nomeadamente do equipamento eléctrico implica a anulação desta garantia. Em caso de defeito ou de mau funcionamento do grua ou de algum dos seus componentes, o comprador deverá contactar o distribuidor donde o comprou o equipamento, apresentando o factura ou o justificante de compra, para se realizar uma inspeção e, sempre de acordo com o fabricante, se decida a reparação ou substituição. A Winnocare nao será responsável em caso de danos ocasionados por um uso não adequado ou por não se terem seguido as recomendações dadas nestas instruções. De acordo com a Diretiva do Conselho 85/374 / EEC de 25 de julho de 1985, sobre a aproximação das disposições legais, regulamentares e administrativas dos Estados Membros em relação à responsabilidade por danos causados por produtos defeituosos, o distribuidor e / ou WINNOCARE não serão danos . causado pelo defeito que não existia no momento da colocação em circulação do produto ou que esse defeito tenha surgido posteriormente.

UK

GUARANTEE

All hoists have been rigorously inspected; on their labels there is a lot and serial number that lists that hoist with the materials, equipment, and components employed and the work processes undertaken for their manufacturing, assembly and inspection.

The Winnocare hoists have a 5 year warranty and 1 year for the battery, under normal usage conditions, respecting the recommendation on use and maintenance and not changing or manipulating any of their components.

Any manipulation or alteration, especially of the electrical equipment, renders this guarantee null and void. In the event of some defective or malfunctioning of the hoist or any of its components, please, contact the distributor where you purchased it, presenting it together with the invoice or purchase receipt, so that it may be inspected and according with the manufacturer, decide whether to repair it or replace it. Winnocare does not accept responsibility for imperfections caused by bad usage or as a consequence of not having followed the recommendations given in these operating instructions.

According with Council Directive 85/374 / EEC of July 25, 1985, on the approximation of the legal, regulatory and administrative provisions of the Member States regarding liability for damage caused by defective products, the distributor and / or WINNOCARE will not be the damage caused by the defect that did not exist at the time the product was put into circulation or that this defect appeared later.


N

GARANTIE


Alle liften zijn grondig en zorgvuldig nagezien; op het etiket dat ze vertonen staat een nummer van het lot en van de serie die lifthet toestel met de gebruikte materialen, uitrustingen en componenten en met de werkprocessen van de fabricatie, de montage en inspectie in verband brengt.

De Winnocare lift hebben een garantie van 5 jaar en 1 jaar garantie op de batterijen, in zover de gebruiksomstandigheden normaal zijn, de gebruiksaanwijzingen en geen enkele component veranderd of bewerkt wordt.


Om het even welke bewerking of wijziging, bijzonder van de elektrische uitrusting, heeft tot gevolg dat deze garantie volledig geannuleerd wordt. Als de lift of een van haar componenten een defect heeft of niet goed functioneert, moet u zich in verbinding zetten met de leverancier waar u ze gekocht heeft en de factuur of het aankoopbewijs voorleggen, om, altijd in overeenkomst met de fabrikant, een controle, reparatie of vervanging van de lift te besluiten. Verantwoordelijkheid van Winnocare is uitgesloten bij niet passend gebruik of als de gevolgen van het niet nakomen van de aanbevelingen van deze instructies de gebreken veroorzaakt hebben. In overeenstemming met Richtlijn 85/374 / EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke, regelgevende en administratieve bepalingen van de lidstaten met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door producten met gebreken, zullen de distributeur en / of WINNOCARE geen schadevergoeding betalen . veroorzaakt door het gebrek dat niet bestond op het moment dat het product in het verkeer werd gebracht of dat dit gebrek later aan het licht kwam.



Máx. Cm.		102102043 Básica E130	102102044 Hop! E150
		130 Kg.	150 Kg.
A		198	180.5
B		137.5	110.5
C		25.5	25.5
D		46	46
E		11.5	11
F		5	4.5
G		10	7.5
H		7.5	7.5
I		173.5	157
J		113	84
K		51.5	39
L		110	99.5
M		133	117
N		80	77
O		65.5	56.5
P		53.5	44
Q		147	130
Kg		38.1	29.5
Kg		16.1	13.8
Kg		22	15.7



Presión Sonora - Pression Sonore - Sonorous Pressure Schalldruck - Pressão Sonora - Sound Pressure		<65 Db
Exigencias ergonómicas Exigentes ergonomiques Ergonomic requirements test Ergonomische Anforderungen Requisitos ergonômicos Ergonomische Eisen	Botonera - Télécommande Handset - Fernsteuerung Remoto - Afgelegen	0.8 N
	Pedal - Pédale Base opening pedal - Pedal Pedal - Pedaal	240 N
	Fuerza de arranque - Force de démarrage Starting force - Losbrechkraft Força de arranque - Opbrekkkracht	150 N
	Fuerza de giro - Force de rotation Turning force - Drehkraft Força de virando - Draaijen kracht	155 N
	Fuerza de conducción - Force de conduite Driving force - Treibende Kraft Força motriz - Drijfkracht	83 N



	102102043/ UDI: 8436571820426	102102044/ UDI: 8436571820433
	Básica E130	Hop! E150
A1	74322521	601011003
A2	6303029390	601238001
A3	74500004	601010003
B1	605010019	605010019
B2	605012022	605012022
B3	6300000023	6300000023
B4/ C1	82000011	82000011
B5	61300062	61300062
B6	605018002	605018002
C2	81000028	81000028
C3	82000012	82000012
Funda percha	L-16655	L-16655
Percha completa	SEL-16525	SEL-16525

CONTROL ANUAL DE CALIDAD

RECUERDE QUE, PARA UN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA GRÚA, DEBE
REALIZARSE UNA REVISIÓN ANUAL DE
MANTENIMIENTO POR PARTE DE UN TÉCNICO
CUALIFICADO SIGUIENDO LAS
INDICACIONES DEL

CONTROL ANUAL DE CALIDAD

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON SU
DISTRIBUIDOR O sat@winncare.es

CONTROL ANUAL DE CALIDAD / ESTADO DE LAS GRÚAS

IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO:		ESTABLECIMIENTO	
CATEGORÍA:		UBICACIÓN / SERVICIO / LUGAR:	
MARCA/MODELO:			
Nº DE SERIE:	Nº DE INVENTARIO:		
FECHA DE FABRICACIÓN:			

NA: No aplica C: Conforme NC: No conforme

CONTROLES VISUALES (Según EN ISO 10535)	NA	C	NC
Disponibilidad y buen estado del manual de uso y de la trazabilidad de la grúa: identificación, etiquetado, serigrafía.			
Buen estado general (estructura, soldaduras, fijaciones, etc...) Ausencia de corrosión.			
Limpieza (higiene) general.			
Correcta estabilidad de la grúa y buen funcionamiento de la apertura/cierre de la base.			
Verificación del estado y del apriete de los tornillos (eje de suspensión del brazo de elevación y unión pedestal a columna), ausencia de holgura.			
Buen estado de las cintas de sujeción de los arneses.			
Buena rotación de la percha, holgura y buen estado de los ganchos.			
Buen funcionamiento de las ruedas (giro, rodaje, freno).			
Engrase de las articulaciones (ausencia de chirridos, puntos duros, lubricaciones).			
Buen estado de los cables eléctricos y los conectores.			
Buen estado de los mandos y los indicadores.			

CONTROLES DE SEGURIDAD (Según norma EN ISO 10535)	NA	C	NC
Bloqueo de las funciones operativas y buen funcionamiento de las alarmas visuales y sonoras.			
Buen funcionamiento de la parada de emergencia.			
Buen funcionamiento de la batería y el cargador.			
Buen funcionamiento de la bajada de emergencia.			
Buen funcionamiento de la parada ante un obstáculo.			
Prueba a carga máxima (1 ciclo completo).			

VERIFICACIÓN DE LA AMPLITUD DE LOS MECANISMOS	NA	C	NC
Buen funcionamiento del actuador (subida/bajada)			
Altura máxima y mínima (según especificaciones del fabricante)			

CONCLUSIÓN	NA	C	NC
Operacional: ¿La seguridad del paciente, personal de cuidado y técnicos estará en peligro?			
Acción a prever:			
Fecha recomendada para el próximo control de calidad:			

TÉCNICO QUE REALIZA LA INSPECCIÓN:		
Nombre:	Fecha:	Firma:

Símbolos / Symboles / Symbols / Symbole / Símbolos / Symbolen

	Lea las instrucciones de uso Lisez les instructions Read the instructions Lesen Sie die Anweisungen Leia as instruções Lees de instructies
	Advertencia Avertissement Warning Warnung Aviso Waarschuwing
	Datos del fabricante Renseignements sur le fabricant Manufacturer information Informação do fabricante Informação do fabricante Fabrikant informatie
	Fecha de fabricación Date de fabrication Manufacturing date Herstellungsdatum Data de fabricação Fabricagedatum
	No tirar en los contenedores de basura Ne pas jeter dans les poubelles Do not throw in trash bins Werfen Sie in nicht Mülleimer Não jogue no lixo Gooi het niet in vuilnisbakken
	Usar en interiores Utilisation à l'intérieur Use indoors Verwenden Sie drinnen Usar dentro de casa Gebruik binnenshuis
	No utilizar si el embalaje está roto Ne pas utiliser si l'emballage est cassé Do not use if the packaging is broken Nicht verwenden, wenn die Verpackung defekt ist Não use se a embalagem está quebrado Niet gebruiken als de verpakking is gebroken
	Equipo de clase 2 Équipement de classe 2 Class 2 equipment Geräte der Klasse 2 Classe de equipamento 2 Klasse 2 apparatuur
	Equipo de tipo B acorde a la norma EN 60601-1 Type d'équipement B selon la norme EN 60601-1 Equipment type B according to EN 60601-1 Gerätetyp B nach EN 60601-1 Tipo de equipamento B de acordo com a EN 60601-1 Het type apparatuur B volgens EN 60601-1

[illegible]



Cuidamos de las personas
con pérdida de autonomía
y de sus cuidadores

Carretera Masía del Juez 37b,
46909, Torrent, Valencia

Tel. 96 156 55 21
Fax. 96 156 03 83

sat@winncare.es
www.winncare.es

